

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

prin procedura valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Asociația Medicală Teritorială Ciocana”
2. IDNO: 1003600152743
3. Adresa: MD 2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,80
4. Numărul de telefon/fax: 022477266; 022 475255;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.ciocana@ms.md ,
eugenia.danu@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Suma estimativă
---------	---------	----------------------------------	--------------------	------------	---	-----------------

1	5040000 0-9	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation - 2	Bucată	1	Serviciile vor fi prestate lunar, la solicitarea reprezentantului beneficiarului, la adresa de amplasare a laboratorului	32 000
2	5040000 0-9	Aparat radiologic fix Planmeca PRO X, Planmeca OY, Finland Workstation - 1	Bucată	1	Serviciile vor fi prestate lunar, la solicitarea reprezentantului beneficiarului, la adresa de amplasare	10 000
		Efectuarea controlului calității pentru toate dispozitivele medicale	Bucată	2		

		radiologice				
--	--	-------------	--	--	--	--

Poziția 1-2

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică	Periodicitatea
1	Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, roțile)	Trimestrial și la necesitate
2	Verificarea și reglarea rulmenților, ungerea acestora.	Semestrial
3	Reglarea elementelor (părților) de autofrânare (monobloc și transportator).	La necesitate
4	Verificarea releului miliampersecundă.	Semestrial
5	Verificarea curentului a nodului.	Semestrial
6	Verificarea monoblocului la ermetizare.	În caz de scurgere a uleiului sau apariția bulelor în rezervor
7	Verificarea contactorului.	Semestrial
8	Ungerea nodurilor principale.	Semestrial

Poziția 1

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică	Periodicitatea
1	Inspekția vizuală a dispozitivului: Integritatea firelor de tensiune înaltă și a elementelor de protecție contra radiației	Trimestrial
2	Curățarea dispozitivelor aparatului	Semestrial
3	Generator: verificarea conectorilor și cablurilor de tensiune înaltă, verificarea conexiunii la priza de pamânt, schimbarea uleiului în conectoare, testarea indicatorilor de radiație, testarea și ajustarea exponometrului. Reglarea curentilor și conditionarea tuburilor de Ro, Verificarea puterii maxime a generatorului, Testele de calitate finală	Semestrial
4	testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, testarea frânelor și mecanismele de transportare a acestora verificarea și ajustarea limitelor de mișcare a mesei, testarea butoanelor de oprire de urgență, testarea aparatului.	Semestrial

5	Collimator ungerea și ajustarea mecanică	Semestrial
7	Coloana verticală curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor	Semestrial
8	Masa radiografică curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului	Semestrial
9	Ștativ vertical testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor.	Semestrial
	Workstation curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de system verificarea parametrilor câmpului de lucru	Trimestrial
10	Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție)	Semestrial
11	Alte servicii necesare - chemare, diagnostic, reparații accidentate (curente) - Piese nu intra sub acoperire.	lunar și la necesitate

Poziția 1

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrărilor de reparație si de întreținere	Periodicitatea
1	Testarea funcțiilor de securitate si circuitului de siguranța: - masa, coloana	Semestrial
2	Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice	Semestrial
3	Testarea părții superioare a mesei	Semestrial
4	Testarea părții inferioare a mesei	Semestrial
5	Testarea mișcării longitudinale Bucky	Semestrial

6	Testarea sistemului Bucky	Semestrial
7	Verificarea șinelor și coloanei	Semestrial
8	Verificarea centrării sistemului	Semestrial
9	Alte servicii necesare - chemare, diagnostic, reparații accidentate (curente), verificarea erorilor; - Piese nu intra sub acoperire.	lunar și la necesitate

Executorul se obligă:

- Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
- Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
- Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
- Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.
- Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;
- Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
- Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).
- În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. **12 ore** din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.
- **Stațiunile tehnice**, nu vor depăși mai mult de **1-2 zile calendaristice**. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).

. **Stațiunile tehnice** din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 **zile lucratoare**.

Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.

În prezentul contract de reparație sunt incluse:

1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.
2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.
3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.

4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie Să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.
5. Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante
7. Termenul de valabilitate al contractelor: 01.08.2020 pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitate a
1	Oferta de preț	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
2	Specificația tehnică	Forularul F,4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
3	Specificația de preț	Forularul F,4.2. din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
4	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr. 131 din 03.05.2015	Declarația pe propria răspundere, completată în conformitate cu (F3.5) ,confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
5	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
6	Extras din Registru de Stat a persoanelor Juridice	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
7	DUAЕ	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
8	- Certificate de calificare a inginerilor pe modelele de echipamente	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da

10. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

11. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _ nu se aplică

12. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Cel mai mic preț corespunderea cerințelor solicitate pe lista întreagă*

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* _ Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* _ Informația o găsiți în SIA RSAP

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Conducătorul grupului de lucru _____

Vasile Pociumban