

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1780660817273 din 06.07.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1780660817273 din 06.07.2026

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 13.12.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 18.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1780660817273 din 06.07.2026**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Lot nr.5-Frigider Medical	Lot nr.5-Frigider Medical	EKT425 EKT-D 425, VACCINE AND DRUG STORAGE COOLING CABINETS WITH FREEZER SECTION	Turcia	EMSAS	<p>Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigiderare constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Configurație Volum 280-330 L Interval temperatură minim 2-10°C Protecție suplimentară împotriva înghețării Sarcina maximă pe sertar minim 16 kg Sistem de comandă electronic Sistem de răcire cu ventilare forțată Uniformitate temperatură, deviație max. 1°C Monitorizare permanentă temperatură și alarme Stocare pe stick USB Alarmă optică și acustică Alarmă deviere temperatură Alarmă defecțiuni Alarmă întrerupere alimentare Sistem dezghețare automată cu evaporare condens Carcasă exterioară oțel inoxidabil sau oțel vopsit Carcasă interioară oțel inoxidabil sau aluminiu Număr sertare minim 5 cu divizoare Ușă cu lacăt Refrigerant HCFC free Alimentare 220V / 50Hz Baterie/UPS pentru minim 20 ore de lucru Certificat DIN 13277 sau NSF/ANSI 456 Garanție 24 luni Transport la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.</p>	<p>Brosura "EMSAS - EKT SERIES MANUAL BOOK (2)"</p> <p>Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigiderare constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Configurație Volum 337L -Demensiuni interne NET -515*472*1390 Interval temperatură minim 0-15°C Protecție suplimentară împotriva înghețării Sarcina maximă pe sertar -N/A Sistem de comandă electronic Sistem de răcire cu ventilare forțată Uniformitate temperatură, deviație max. 1°C-Da Monitorizare permanentă temperatură și alarme Stocare pe stick USB Alarmă optică și acustică Alarmă deviere temperatură Alarmă defecțiuni Alarmă întrerupere alimentare Sistem dezghețare automată cu evaporare condens Carcasă exterioară oțel inoxidabil sau oțel vopsit Carcasă interioară oțel inoxidabil sau aluminiu Număr sertare 5 cu divizoare-DA Ușă cu lacăt-Da Refrigerant HCFC free Alimentare 220V / 50Hz Baterie/UPS pentru minim 20 ore de lucru-Da, Compania Biosistem va asigura tot echipamentul necesar pentru funcționarea neîntreruptă a frigiderului timp de cel puțin 20 de ore în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. Certificat ISO 45001 EMSAS, ISO 13485 , ISO 9001, CE Declaration of Conformity- Garanție 24 luni Transport la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical și tehnic.</p>	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000578891

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1780660817273 din 06.07.2026								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
5	Lot nr.5-Frigider Medical	Lot nr.5-Frigider Medical	Bucată	2	107 392.50	128 871.00	214 785.00	257 742.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
							TOTAL Oferta	214 785.00	257 742.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1780660817273 din 06.07.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2024-10-EEE-049
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Data completării: 18.06.2026

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)