

Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1675699802351					Data: 15/03/2023	Alternativa nr
Denumirea licitației:			Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023					Lot: _____	Pagina: _____din _____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator 1,3m² (Codul produsului:OCI-HD130L) (Numar de înregistrare:DM000373372)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfați ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,3m². Coeficientul de urltrafiltrare 12 ml/oră* mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 12 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 80 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 227; -creatinina 211; -fosfați 181; - vitamina B-12 109 Unde nu este indicată pagina: pagina 4	1. CE
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator 1,6m² (Codul produsului:OCI-HD160L) (Numar de înregistrare:DM000373375)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfați ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,6m². Coeficientul de urltrafiltrare 14 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 14 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 95 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 235; -creatinina 220; -fosfați 191; - vitamina B-12 118. Unde nu este indicată pagina, rog să verificați pagina 4	1. CE

33100 000-1	3	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator 1,8m² (Codul produsului:OCI- HD180L) (Numar de inregistrare:DM00 0373377)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfați ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare 17 ml/oră*mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani. (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 17 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 106 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 242; -creatinina 227; -fosfați 200; - vitamina B-12 130. Unde nu este indicată pagina, vă rog verificați pagina 4.	1. CE
33100 000-1	5	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Fistulina artera 16G (rosu) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) (pagina 3) 2 Vor conține clame integrate. 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE

33100 000-1	6	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Fistulina vena 16G (albastru) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE
----------------	---	---	--	---	-------	-----------------------------	---	---	-------

33100 000-1	41	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei și cop	Linii pentru sange Fresenius (Codul produsului:HDTU BE-020-111W)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibile Termen garanție 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Cameră de captare activă a aerului arterial Cameră de captare activă a aerului venos Clame montate integral în segment arterial/venos Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Linie pentru heparinizare automată Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 21,5 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi 136 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale 3770 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.	1. CE
----------------	----	---	---	---	-------	-----------------------------	--	--	-------

33100 000-1	76	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator 1,6m² (Codul produsului:OCI- HD160L) (Numar de înregistrare:DM00 0373375)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfați ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,6m². Coeficientul de urtrafiltrare 14 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 14 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 95 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 235; -creatinina 220; -fosfați 191; - vitamina B-12 118. Unde nu este indicată pagina, rog să verificați pagina 4	1. CE
33100 000-1	77	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți	Dializator 1,8m² (Codul produsului:OCI- HD180L) (Numar de înregistrare:DM00 0373377)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfați ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare 17 ml/oră*mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani. (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 17 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 106 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 242; -creatinina 227; -fosfați 200; - vitamina B-12 130. Unde nu este indicată pagina, vă rog verificați pagina 4.	1. CE

33100 000-1	78	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SC Bălți	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Linii pentru sange Fresenius (Codul produsului:HDTU BE-020-111W)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibile Termen garanție 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Cameră de captare activă a aerului arterial Cameră de captare activă a aerului venos Clame montate integral în segment arterial/venos Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Linie pentru heparinizare automată Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 21,5 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi 136 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale 3770 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.	1. CE
----------------	----	---	--	---	-------	-----------------------------	--	--	-------

33100 000-1	79	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, Bălți	Fistulina artera 16G (rosu) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) (pagina 3) 2 Vor conține clame integrate. 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE
33100 000-1	80	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți Bălți	Fistulina vena 16G (albastru) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilile cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE

33100 000-1	82	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălți	Cateter Dublu Lumen 12F 200mm (Codul produsului:HCT10 033) (Numar de inregistrare:DM00 0375834)	Turcia	Ares Medikal San. Tic. Ltd. Şti.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥ 500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radioopac Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12 și 10 F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Pagina 1)	1. CE
33100 000-1	95	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator 1,3m² (Codul produsului:OCI-HD130L) (Numar de inregistrare:DM00 0373372)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfați ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3m². Coeficientul de urltrafiltrare 12 ml/oră* mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 12 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 80 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 227; -creatinina 211; -fosfați 181; - vitamina B-12 109 Unde nu este indicată pagina: pagina 4	1. CE

33100 000-1	96	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator 1,6m² (Codul produsului:OCI- HD160L) (Numar de înregistrare:DM00 0373375)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfați ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,6m². Coeficientul de urtrafiltrare 14 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 14 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 95 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 235; -creatinina 220; -fosfați 191; - vitamina B-12 118. Unde nu este indicată pagina, rog să verificați pagina 4	1. CE
33100 000-1	97	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator 1,8m² (Codul produsului:OCI- HD180L) (Numar de înregistrare:DM00 0373377)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfați ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare 17 ml/oră*mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani. (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 17 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 106 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 242; -creatinina 227; -fosfați 200; - vitamina B-12 130. Unde nu este indicată pagina, vă rog verificați pagina 4.	1. CE

33100 000-1	98	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Linii pentru sange Fresenius (Codul produsului:HDTU BE-020-111W)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibile Termen garanție 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Cameră de captare activă a aerului arterial Cameră de captare activă a aerului venos Clame montate integral în segment arterial/venos Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Linie pentru heparinizare automată Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 21,5 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi 136 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale 3770 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.	1. CE
----------------	----	--	---	---	-------	-----------------------------	--	--	-------

33100 000-1	99	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Fistulina artera 16G (rosu) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) (pagina 3) 2 Vor conține clame integrate. 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE
33100 000-1	100	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Fistulina vena 16G (albastru) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE

33100 000-1	101	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter Dublu Lumen 12F 200mm (Codul produsului:HCT10 033) (Numar de inregistrare:DM00 0375834)	Turcia	Ares Medikal San. Tic. Ltd. Şti.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥ 500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radioopac Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12 și 10 F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Pagina 1)	1. CE
33100 000-1	150	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR	Dializator 1,8m² (Codul produsului:OCI-HD180L) (Numar de inregistrare:DM00 0373377)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq 12,0$ ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfați ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare 17 ml/oră*mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani. (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 17 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 106 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 242; -creatinina 227; -fosfați 200; - vitamina B-12 130. Unde nu este indicată pagina, vă rog verificați pagina 4.	1. CE

33100 000-1	160	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Dializator 1,8m² (Codul produsului:OCI- HD180L) (Numar de înregistrare:DM00 0373377)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfați ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare 17 ml/oră*mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani. (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 17 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 106 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 242; -creatinina 227; -fosfați 200; - vitamina B-12 130. Unde nu este indicată pagina, vă rog verificați pagina 4.	1. CE
33100 000-1	162	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator 1,3m² (Codul produsului:OCI- HD130L) (Numar de înregistrare:DM00 0373372)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfați ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,3m². Coeficientul de urltrafiltrare 12 ml/oră* mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 12 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 80 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 227; -creatinina 211; -fosfați 181; - vitamina B-12 109 Unde nu este indicată pagina: pagina 4	1. CE

33100 000-1	163	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq$ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq$ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime	Dializator 1,6m² (Codul produsului:OCI- HD160L) (Numar de înregistrare:DM00 0373375)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare $\geq$ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq$ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq$ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere $\leq$ 100 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea $\geq$ 182; -creatinina $\geq$ 168; -fosfați $\geq$ 130; - vitamina B-12 $\geq$ 67.	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator suprafața 1,6m². Coeficientul de urltrafiltrare 14 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani (pagina 1) Sterilizare cu γ (pagina 2) Membrană complet sintetică: PES (pagina 2) Coeficientul de UF 14 ml/oră*mmHg. Volumul de umplere 95 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 235; -creatinina 220; -fosfați 191; - vitamina B-12 118. Unde nu este indicată pagina, rog să verificați pagina 4	1. CE
----------------	-----	---	--	--	-------	---	--	--	-------

33100 000-1	164	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat	Linii pentru sange Fresenius (Codul produsului:HDTU BE-020-111W)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Compatibile Termen garanție 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Cameră de captare activă a aerului arterial Cameră de captare activă a aerului venos Clame montate integral în segment arterial/venos Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Linie pentru heparinizare automată Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 21,5 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi 136 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale 3770 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.	1. CE
----------------	-----	--	--	---	-------	-----------------------------	--	--	-------

33100 000-1	165	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat	Fistulina artera 16G (rosu) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) (pagina 3) 2 Vor conține clame integrate. 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE
33100 000-1	166	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat	Fistulina vena 16G (albastru) (Codul produsului:A-10)	China	Jiangxi Sanxin Medtec	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă. Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm (Pagina 7)	1. CE

33100 000-1	167	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfînta Treime, IMPS SR Comrat	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11- 12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfînta Treime, IMPS SR Comrat	Cateter Dublu Lumen 12F 200mm (Codul produsului:HCT10 033) (Numar de înregistrare:DM00 0375834)	Turcia	Ares Medikal San. Tic. Ltd. Şti.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibile cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radioopac Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12 și 10 F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Pagina 1)	1. CE
----------------	-----	--	--	---	--------	---	---	--	-------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iurie Chirtoacă În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Burebista 23

