

Specificații tehnice							
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1723548862213 / 21268805, din 26/08/2024					Data: „26” august, 2024	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru activitatea științifică					Lot: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;21;32;33;34;35;45	Pagina 1 din 2	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Multitest CD3 /CD16 + CD56/CD45/ CD19	342416	USA	Becton Dickinson	1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
2	2. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4	342417	USA	Becton Dickinson	– 1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotipare limfocitelor CD3/CD8/CD45/CD4 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	– 1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotipare limfocitelor CD3/CD8/CD45/CD4 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
3	3. BDTMFACS Clean Solution	340345	USA	Becton Dickinson	– 1fl. X 5 l Pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5	– 1fl. X 5 l Pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5	ISO, CE
4	4. BD Detergent solution concentrate	660585	USA	Becton Dickinson	Pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	Pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
5	5. BD TM Extended Flow Cell Clean Solution	660586	USA	Becton Dickinson	Pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 8 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	Pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 8 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
6	6. BD FACS Lysing Solution	349202	USA	Becton Dickinson	Pentru liza eritrocitelor Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	Pentru liza eritrocitelor Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
7	7. BD TM Sheath Additive	660584	USA	Becton Dickinson	Pentru curățirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb. = 10 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	Pentru curățirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb. = 10 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
8	8. CST Beads	656504	USA	Becton Dickinson	Pentru efectuarea controlului calității Împachetarea minimală: (1 amb. = 2 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	Pentru efectuarea controlului calității Împachetarea minimală: (1 amb. = 2 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM	ISO, CE
9	9. Diluent for Mythic	HM22-003-10	Elveția	ORPHEE	Diluent pentru analizatorul hematologic Mythic împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	Diluent pentru analizatorul hematologic Mythic împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
10	10. Enzymatic Cleaning Solution	HM22-001-1	Elveția	ORPHEE	Pentru curățarea analizatorului hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	Pentru curățarea analizatorului hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	ISO, CE
11	11. Lytic Reagent 5 Diff	HM22-002-1	Elveția	ORPHEE	analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	ISO, CE
12	12. Control L.N.H	MYT 502	Elveția	ORPHEE	Pentru efectuarea controlului calității la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	Pentru efectuarea controlului calității la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5	ISO, CE
21	21. 17 beta-ESTMDIOL, 96 teste, Elisa	DNOV003	Germania	Novatec (Goldstandart)	Pentru detectarea cantitativă și sensibilă a 17-Beta Estmdiol, DNOVOO3, Set cu 96 teste, pentru utilizare la subiecții înrolați în studiu, din cadrul proiectului dat.	Pentru detectarea cantitativă și sensibilă a 17-Beta Estmdiol, DNOVOO3, Set cu 96 teste, pentru utilizare la subiecții înrolați în studiu, din cadrul proiectului dat.	ISO, CE DM000116890
32	32. FSH	DNOV031	Germania	Novatec (Goldstandart)	96 teste, Elisa	96 teste, Elisa	ISO, CE DM000116901
33	33. LH	DNOV030	Germania	Novatec (Goldstandart)	96 teste, Elisa	96 teste, Elisa	ISO, CE DM000116900
34	34. 17 beta-ESTRADIOL	DNOV003	Germania	Novatec (Goldstandart)	96 teste, Elisa	96 teste, Elisa	ISO, CE, DM000116890
35	35. PROGESTERONE	DNOV006	Germania	Novatec (Goldstandart)	96 teste, Elisa	96 teste, Elisa	ISO, CE DM000116893
45	45. Coverslips, 4x50mm	09-2050	Italia	Bio-Optica	Dimensiuni 24 x 50 mm; grosime 0.13 – 0.16mm. Din sticla transparenta, fara zgirieturi, bule si striatii, plata. Se pot utiliza cu automatele de acoperit cu lamele. 100 buc/cutie	Dimensiuni 24 x 50 mm; grosime 0.13 – 0.16mm. Din sticla transparenta, fara zgirieturi, bule si striatii, plata.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova