

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1675064420798/21072509 conform SIARSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
3.Cromatograf CROM-5				<ul style="list-style-type: none"> – Controlul ermeticității- cuplărilor magstrarilor de gaze si inlaturarea defectelor – Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze – Testarea purității injectorului si curățirea lui – Testarea purității și curățirea detectorului DTP – Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor – Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator – Testarea functionarii și înlaturarea defectelor înregistratorului <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ruslan Guci În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Repelcom” Adresa: m. Chișinău str. V. Lupu 6 of. 52

