

Catre IMSP Spitalul Clinic Republican

24.07.2025

Planul de mentenanta

Specificatia lucrurilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Somatom Sensation 64 s/n 55654, in conformitate cu manual de service

NN	Denumirea lucrărilor	7	8	9	10	11	12
1	Testarea funcțiilor de securitate : deconectării tensiunii înalte în caz: a. când expoziția durează mai mult timp decât maxima expozitie. b. Butonele de anulare a fost apasate. Testarea butoanelor la consola la Gantry	●					
2	Controlul funcției blocului de conexiune la rețeaua electrică.	●					
3	Testarea cu Quality Assurance - Constansy test. Evaluarea calității imaginii.	●	●	●	●	●	●
4	Masa pacientului. Curățirea și ungerea pieselor mecanice a masei pacientului. Testarea și ajustarea mesei. Testarea forței de strângere cu podeaua.	●					
5	Gantry (Puntea) Curățirea inelilor de alunecare . Curățirea ansamblului de perii de putere și semnal din carbon . Verificarea și curățirea filtrelor de aer curățirea sistemului de racire a tubului.	●					
6	Gantry (puntea) Ungerea rulamentului general, și a collimatorului						
7	Evaluarea rapoartelor : Error log, istoria tubului. Verificarea timpului de scanare	●	●	●	●	●	●
8	Curățirea computerilor ICS - Navigator, IRS - Reconstrucție, MMWP - Locul de lucru pentru doctor,			●			
9	Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu pământului interior (panoul distributiv electric)			●			
10	Profilactica sistemului de racire, alimentare cu apă și glicol			●			
11	Profilactica sistemului PDC			●			
12	Completarea actelor și documentelor	●	●	●	●	●	●
13	Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fără piese de schimb	●	●	●	●	●	●

Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Somatom Definition 128 s/n 66414, in conformitate cu manual de service

NN	Denumirea lucrărilor						
		7	8	9	10	11	12
1	Testarea funcțiilor de securitate : deconectarii tensiunii înalte în caz: a. cînd expozitia durează mai mult timp decît maximă. Expoziție, b. butoanele de anulare a fost apasate. Testarea butoanelor la consola la Gantry				●		
2	Controlul funcției blocului de conexiune la rețeaua electrică				●		
3	Testarea cu Quality Assurance - Constansy test. Evaluarea calitatii imaginii.	●	●	●	●	●	●
4	Masa pacientului Curățirea și ungerea pieselor mecanice a masei pacientului. Testarea și ajustarea mesei. Testarea forței de strîngere cu podeaua		●				
5	Gantry (Puntea) Curățirea inelilor de alunecare . Curățirea ansamblului de perii de putere și semnal din carbon . Verificarea și curățirea filtrelor de aer curățirea sistemului de racire a tubului.		●				
6	Gantry (puntea) Ungerea rulamentului general, și a collimatorului		●				
7	Evaluarea rapoartelor : Error log, istoria tubului. Verificarea timpului de scanare	●	●	●	●	●	●
8	Curățirea computerilor ICS - Navigator, IRS - Reconstrucție, MMWP - Locul de lucru pentru doctor.				●		
9	Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pământului interior (panoul distributiv electric)				●		
10	Profilactica sistemului de racire, alimentare cu apă și glicol				●		
11	Profilactica sistemului PDC				●		
12	Completare actelor și documentelor	●	●	●	●	●	●
13	Alte servicii necesare: Chemările, diagnostică, reparații curente fără piese de schimb.	●	●	●	●	●	●

Specificația lucrărilor pentru deservirea tehnică a aparatului Siemens Magnetom Skyra s/n 45415 în conformitate cu manual de service

NN	Denumirea lucrărilor						
		7	8	9	10	11	12
1	Complete system Tune-Up - ajustarea compelte aparatului				●		
2	Testarea funcțiilor de securitate. Functionarea butoanelor Stop, ERDU				●		
3	Controlul funcției blocului de conexție la rețeaua electrică				●		
4	Masa pacientului. Curățirea și ungerea pieselor mecanice a masei pacientului. Testarea și ajustarea mesei.				●		
5	Lucrări de profilaxie la Magnet, Verificarea statusului a sistemului de racire și a magnetului				●		
6	Lucrări de profilaxie la cabinetele electronice, controlul și curățirea filtrelor, ventilatoarelor la gradient filter				●		
7	Curățirea calculatorului MRAWP.				●		
8	Evaluarea repoartelor: Error Log - istoria greșelilor. Statusul sistemului.	●	●	●	●	●	●
9	Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pământului interior (panoul distributiv electric)				●		
10	Testarea cu Quality Assurance-Constansy test Evaluarea calității imaginii	●	●	●	●	●	●
11	Completarea actelor și documentelor	●	●	●	●	●	●
12	Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fără piese de schimb	●	●	●	●	●	●

Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Luminos DRF s/n 4119,4120,4121,4123 in conformitate cu manual de service

NN	Denumirea lucrărilor						
		7	8	9	10	11	12
1	Testarea funcțiilor de securitate. Testarea butoanelor la consola și la masa pacientului	●					
2	Controlul surselor alimentare, frinelor, ungerea pieselor mecanice.	●					
3	Curățirea și ajustarea monitoarelor	●					
4	Profilactica cabinetului generatorului	●					
5	Testarea și reglarea sistemului	●					
6	Curățirea, ungerea și testarea suportului de tube de Roentgen	●					
7	Evaluarea repoartelor: Error Log - istoria greselilor. Verificarea timpului de scanare	●	●	●	●	●	●
8	Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pământului interior (panoul distribuiv electric)	●					
9	Calibrarea detectorului și a tubului	●					
10	Testarea cu Quality Assurance-Constansy test Evaluarea calității imaginii	●	●	●	●	●	●
11	Completarea actelor și documentelor	●					
12	Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fara piese de schimb	●	●	●	●	●	●

Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Mobilet XP digital s/n 3672, 3668 în conformitate cu manual de service

NN	Denumirea lucrărilor						
		7	8	9	10	11	12
1	Testarea funcțiilor de securitate. Testarea butoanelor la consola.				●		
2	Curățirea și ajustarea monitului, cabinetului electronic				●		
3	Calibrarea detectorului				●		
4	Testarea cu Quality Assurance-Constansy test Evaluarea calității imaginii	●	●	●	●	●	●
7	Completarea actelor și documentelor	●	●	●	●	●	●
8	Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fara piese de schimb	●	●	●	●	●	●