

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21156941/[ocds-b3wdp1-MD-1705912091879](#) din 19.02.2024

Obiectul achiziției:Consumabile medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT.1 Test indicator sterilizare intern de 132 gr	4AC4I-132/20/IN	Turcia	DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ	Test- indicator sterilizare 132gr , nr.1000, 20 min intern , pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	Test- indicator sterilizare 132gr , nr.1000, 20 min intern , pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	CE/ISO
LOT.2 Test indicator sterilizare extern de 132 gr	4AC4I-132/20/EX	Turcia	DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ	Test indicator sterilizare 132 gr. Nr.1000, 20min, extern pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	Test indicator sterilizare 132 gr. Nr.1000, 20min, extern pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	CE/ISO
LOT.3 Test indicator sterilizare intern de 180 gr	4AC4I-180/60/IN S	Turcia	DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ	Test indicator sterilizare 180 gr, nr.1000 , 60 min intern , nr.1000, pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicatorului . Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	Test indicator sterilizare 180 gr, nr.1000 , 60 min intern , nr.1000, pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicatorului . Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	CE/ISO
LOT.4 Test indicator sterilizare extern de 180 gr	4AC4I-180/60/EX	Turcia	DÖRT-A TIP MALZEMELERİ SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ	Test indicator sterilizare 180 gr, nr.1000 , 60 min extern , nr.1000, pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicat. Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	Test indicator sterilizare 180 gr, nr.1000 , 60 min extern , nr.1000, pe baza adeziva clasa 4 cu virarea culorii indicat. Termen de valabilitate nu mai puțin de 18 luni , cu registru aprobat de MS , ord. nr.828 din 31,10,2011 F-257/c	CE/ISO

LOT.5 Tonometru cu fonendoscop	02T.230301	China	JOYTECH Healthcare Co., Ltd	Tonometru cu fonendoscop	Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Interval de măsurare a frecvenței pulsului 200mm. Interval de măsurare a presiunii 0-300 mmHg. Filtru de praf în pară. Stetoscop inclus.Sensibilitate 3mmHg.Manșetă cu velcro.Husă pentru depozitarea dispozitivului.	CE/ISO
Lot nr.12 Halat chirurgical steril 2XL	Halat chirurgical steril produs la comandă (customizat) Modelul: Halat chirurgical steril 2XL Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale, fabricate conform specificației tehnice solicitate în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1705912091879	Turcia	NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SAN. DIŞ TİC. A.Ş.	Halat chirurgical steril 2XL , ranforsat , material netesut, trei straturi , rezistent la penetrare de lichide in limita 50-80 mm H2O , cu certificare europeana, Lungimea nu mai puțin de 150 cm . Halatul sa corespunda stadartului EN 13795 sau echivalent.	Halat chirurgical steril 2XL , ranforsat , material netesut, trei straturi , rezistent la penetrare de lichide in limita 50-80 mm H2O , cu certificare europeana, Lungimea nu mai puțin de 150 cm . Halatul sa corespunda stadartului EN 13795 sau echivalent.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.md