

Specificații pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1688649243819 din 08.08.2023		Licitație deschisă nr. 21084191	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 21)			Lot: _____ Pagina: 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	bucată	1	24970,00	29964,00	24 970,00	29 964,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total								24 970,00	29 964,00	

Suma totală: 29 964,00 (Douazeci și noua mii nouă sute șazeci și patru) Lei 00 bani.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1688649243819 din 08.08.2023						Licitatie deschisă nr. 21084191		Alternativa nr.:
Denumirea licitației		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 21)								Pagina: 1
Lot nr.	Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2	3		4	5	6	7		8	
5	3310000-1	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	DM0424 + Rotor A24-15P + adaptor A5P22	China	DLAB Scientific Co.	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 100 Maximală, rpm 4000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 1 - 99 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului DA Indicatori Indicatori vizual și acustic DA Debalansare DA Pornire/oprire DA Capac deschis DA Display Digital DA Nivelul de zgomot ≤ 62 dB DA Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare DA În caz de se uzează rotorul și adapterul se pot schimba. Centrifuga DM0424, catalog pag. 96 Rotor A24-15P, nr.catalog 19400101, pag. 97 Adaptor A5P22, nr.catalog 19500021, pag. 97			Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016;



Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director _____

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6 _____