

Anexa 1. Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip inchis fara alimentare cu apa

Descriere	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip inchis de reactive fara alimentare cu apa. Descriere Analizator automat destinate analizelor biochimice cu system inchis de reactive fara alimentare cu apa	
Parametrul	Specificația solicitata	Specificatia tehnica oferita Selectra ProS (Vital Scientific/Olanda)
Sistem analitic	Automat, cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse.	Automatizat, cu calculator integrat (procesor, monitor, tastatura+mouse.
Tip de lucru	continuu	Continuu
Tip sistem	inchis	inchis
	randoom acces	random acces
Capacitatea (teste/oră)	≥100 (teste fotomerice, fara modul ISE)	133 (teste fotomerice, fara modul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente	da	Da
Tipul dispozitivului	staționar	Da
Tip probă	Ser și plasmă	Ser și plasmă
	urină	urină
	sînge integru	sînge integru
	CSF (lichid cefalo-rahidian)	CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare	automat	automatizată
Sistem de spălare	TOTAL automat (cuvă, ac, sistem de dozare)	Total automatizată (cuvă, ac, sistem de dozare)
Program control al calității	da	Da
Compartiment reactivi cu răcire	da	Da
Rotor cu răcire pentru mentinerea probelor	cu termostat la 37 grade C	Da
Cuvă pentru probe reutilizabil da, (indicați ciclurile posibile de reutilizare)	da	Da, 10 000 cicluri
Regimuri de măsurare:	Cinetic	Cinetic
	Mono și bi-cromatic	Mono si bi-cromatic

		Imunoturbidimetrc	Imunoturbidimetric
		Controlul cantității de reagent rămas	Controlul cantității de reagent rămas
Semnalizare		Lipsa reagent si proba	Da
Sistemul de dozare:	Reagenții:utilizare a minim 2 metodici:	metodici: mono și bireagent	metodici: mono si bireagent
	Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl.	Da	Da
		cu sensor de obstacole	Dispune de sensor de obstacole
Alimentarea		220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz