

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1712817180322 din 11.04.2024
Obiectul achiziției:	Consumabile și reactivi de laborator pentru secția Toxicologie (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.1 Accesorii și consumabile pentru GC						
Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4mm, pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm)	5181-3323	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4mm (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.	

Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4mm (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm))	5062-3508	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4mm (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.
Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa	5183-4759-100	SUA	Agilent	Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa,100/pk - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Septe pentru injectorul cromatografului Agilent – Advanced Green 11 mm Septa, 100/pk - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.
Liner ultra inert	5190-3165	SUA	Agilent	Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf Agilent 8890/5977B - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf Agilent 8890/5977B - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.
Coloana cromatografică capilară	CP9013	SUA	Agilent	Coloana cromatografică capilară (VF-5ms, 30m x 0,25µm x 0,25 µm)- în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Coloana cromatografică capilară (VF-5ms, 30m x 0,25µm x 0,25 µm) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.
Filament pentru detector Agilent 5977B	G7005-60061	SUA	Agilent	Filament pentru detector Agilent 5977B - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Filament pentru detector Agilent 5977B - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.
Piulița de etanșare inertă, din inox poleită cu aur, pentru injector GC	5190-2209	SUA	Agilent	Piulița de etanșare inertă, din inox cu poleită cu aur, pentru injector GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B	Piulița de etanșare inertă, din inox cu poleită cu aur, pentru injector GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B

				- în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	- în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.	
Banda magnetica pentru mecanismul de citire	G4513-67100	SUA	Agilent	Banda magnetica pentru mecanismul de citire a coordonatelor acului seringii în autodozator Agilent G4567A - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Banda magnetica pentru mecanismul de citire a coordonatelor acului seringii în autodozator Agilent G4567A - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.	
Etanșare pentru liner	5188-5365	SUA	Agilent	Etanșare pentru liner compatibil cu modelul de cromatograf de gaze Agilent 8890) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Etanșare pentru liner compatibil cu modelul de cromatograf de gaze Agilent 8890) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare si confirmat prin semnătura participantului.	
Total lot nr.1						
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: Director
Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova