

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Procedura nr.ocds-b3wdp1-MD-1678193362324 din 23.03.2023

NOTIFICARE

Prin prezenta, Pharmony SRL, aduce la cunoștință că, principiul de bază al aparatelor de afereză, atât al celor din cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, cât și a sistemului de afereză Blood Component Separator XCF 3000 (producător Sichuan Nigale Biomedical Co., Ltd.), este același, și anume - *separarea prin centrifugare*. Însă, sistemul de afereză de la Nigale nu are nevoie de a utiliza soluția fiziologică, deoarece are un mod diferit de funcționare - liniile sunt sterile, gata de utilizare.

Cu toate acestea, indiferent de modul diferit de funcționare, Pharmony SRL a inclus și soluția fiziologică, precum și sistemele de infuzie cu filtru.

Director**Alexandru ȘARCO**