

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1737105413163](#)

Denumirea procedurii de achiziție Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical și de laborator pentru anul 2025.

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 6						
<u>Servicii de mentenanță preventivă</u> a instalațiilor radiologice Rad Speed DR Shimadzu	Rad Speed DR	Japonia	Shimadzu	<p><b>Cerințe pentru servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a instalațiilor radiologice</b> Verificarea mesei și vertigrafului <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea unității de vizualizare <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea unității de procesare imagine <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea condițiilor de funcționare a echipamentului <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea generatorului <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea detectorului, calibrarea la necesitate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p>	<p><b>Cerințe pentru servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a instalațiilor radiologice</b> Verificarea mesei și vertigrafului <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea unității de vizualizare <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea unității de procesare imagine <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea condițiilor de funcționare a echipamentului <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea generatorului <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea detectorului, calibrarea la necesitate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Calibrarea/ ajustarea parametrilor fizico-radiologici (la necesitate) <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b> Calibrarea/ ajustarea modulelor mecanice (la necesitate) <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p>	CE

			<p>Calibrarea/ ajustarea parametrilor fizico-radiologici (la necesitate) <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Calibrarea/ ajustarea modulelor mecanice (la necesitate) <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Update software până la ultima versiune eliberată de producător <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Verificarea modulelor electrice <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Verificarea funcțională după lucrările efectuate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Se intervine în maxim 1 oră prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului <b>la solicitare</b></p> <p>Se intervine în maxim 24 ore lucrătoare, fizic, la locație, la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului <b>la solicitare</b></p> <p>Diagnosticare și reparație a defectelor la solicitarea beneficiarului în număr și volum nelimitat <b>la solicitare</b></p> <p>Montare, demontare, punere în funcțiune părți componente și piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum nelimitat <b>la solicitare</b></p> <p>Reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente), la necesitate <b>la solicitare</b></p> <p>Furnizarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. <b>la solicitare</b></p>	<p>Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Update software până la ultima versiune eliberată de producător <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Verificarea modulelor electrice <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Verificarea funcțională după lucrările efectuate <b>Obligatoriu Trimestrial, conform graficului intern</b></p> <p>Se intervine în maxim 1 oră prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului <b>la solicitare</b></p> <p>Se intervine în maxim 24 ore lucrătoare, fizic, la locație, la orice solicitare pentru diagnosticarea/ repararea echipamentului <b>la solicitare</b></p> <p>Diagnosticare și reparație a defectelor la solicitarea beneficiarului în număr și volum nelimitat <b>la solicitare</b></p> <p>Montare, demontare, punere în funcțiune părți componente și piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum nelimitat <b>la solicitare</b></p> <p>Reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente), la necesitate <b>la solicitare</b></p> <p>Furnizarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. <b>la solicitare</b></p> <p>Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar <b>Obligatoriu</b></p> <p>Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei) <b>Obligatoriu</b></p> <p>În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar <b>Obligatoriu</b></p> <p>Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei) <b>Obligatoriu</b></p> <p>În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de upgrade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte) <b>Obligatoriu</b></p> <p>Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului, iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul) <b>Obligatoriu</b></p> <p>Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte <b>Obligatoriu</b></p>	<p>upgrade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte) <b>Obligatoriu</b></p> <p>Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului, iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul) <b>Obligatoriu</b></p> <p>Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte <b>Obligatoriu</b></p>	
--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele:

Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău