

<b>Anexa 22. Specificații tehnice</b>					
<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>					
<b>Numărul licitației:</b>	LP nr.: <b>ocds-b3wdp1-MD-1776172444484</b>			<b>Data: 14 mai 2026</b>	Alternativa nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)			Pagina: 1 din 8	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
---------	---------	--------------	--------------------	---------------------	-----------------	--------------	---	---	------------------------

33100000-22	24	Magnetoterapie	Magnetoterapie	<b>MAGNETOMED 8400</b>	<b>Italia</b>	<b>EME Srl</b>	<p>Magnetoterapie Cod 400150</p> <p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație Ecran dimensiune <math>\geq 4</math> inch, color, touch-screen.</p> <p>Canale independente <math>\geq 4</math> buc.</p> <p>Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular</p> <p>Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz</p> <p>Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal <math>\geq 100</math> gauss (10 mT)</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament <math>\geq 50</math> buc.</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii</p> <p>Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."</p> <p>Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Covoră electromagnetică min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>"Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului"</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Magnetoterapie Cod 400150</p> <p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație: Ecran dimensiune <math>\geq 4</math> inch, color, touch-screen: DA (5,7 inch)</p> <p>Canale independente <math>\geq 4</math> buc.- DA</p> <p>Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular: DA</p> <p>Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100 Hz: - DA</p> <p>Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal <math>\geq 100</math> gauss (10 mT) - DA</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min - DA</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament <math>\geq 50</math> buc.- DA</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu - DA</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii: Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului: ACC615 Curele de fixare flexibile 1 set., codul produsului: (incluse în kitul echipamentului) Troleu dispozitiv 1 buc., codul produsului: ACSL007</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. înregistrare: <b>DM000661253</b></p> <p>Ordin de înregistrare: <b>Rg04-000282</b></p> <p>Din 08-12-2023</p>
-------------	----	----------------	----------------	------------------------	---------------	----------------	--	--	--

3310000-24	26	Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde	Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde	<b>RADARMED 2500 CP</b>	<b>Italia</b>	<b>EME Srl</b>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde Cod 400101</p> <p>Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Moduri de operare continuu și pulsatil</p> <p>Frecvența de lucru <math>\geq 2400</math> MHz</p> <p>Display <math>\geq 7</math> inch color, touchscreen</p> <p>Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W</p> <p>Protecție la supraîncălzire obligatoriu</p> <p>Programe presetate obligatoriu</p> <p>Programe personalizate obligatoriu</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min</p> <p>Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu</p> <p>Braț articulată obligatoriu</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii Emițător <math>\varnothing \geq 15</math> cm, minim 1 buc.</p> <p>Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu (se va indica lista)</p>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde Cod 400101</p> <p>Descriere: Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită</p> <p>Parametru Specificație :</p> <p>Moduri de operare continuu și pulsatil - DA</p> <p>Frecvența de lucru <math>\geq 2400</math> MHz</p> <p>Display <math>\geq 5,7</math> inch color, touchscreen - DA</p> <p>Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W - DA</p> <p>Protecție la supraîncălzire obligatoriu - DA</p> <p>Programe presetate obligatoriu - DA</p> <p>Programe personalizate obligatoriu - DA</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min - DA</p> <p>Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu - DA</p> <p>Braț articulată obligatoriu - DA</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii :</p> <p>Emițător <math>\varnothing \geq 15</math> cm, minim 1 buc. - DA</p> <p>Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu: Cablu de alimentare (1 buc.), Siguranțe de rezervă (1 buc.), Manual de utilizare (1 buc.), Cablu radar de înaltă frecvență (1 buc.), Braț pantograf ortostatic pentru radar terapie (1 buc.), Aplicator circular AC, diametru 17 cm (1 buc.),</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. înregistrare: <b>DM000661277</b></p> <p>Ordin de înregistrare: <b>Rg04-000282</b></p> <p>Din 08-12-2023</p>
------------	----	--	--	-------------------------	---------------	----------------	---	---	--

33100000-25	27	Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet	Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet	<b>ULTRASONIC 1300</b>	<b>Italia</b>	<b>EME Srl</b>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet Cod 400121</p> <p>Descriere Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet desitnat în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen</p> <p>Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz</p> <p>Moduri de operare continuu sau pulsatoriu</p> <p>Timpul de tratament <math>\geq 1-30</math> minute</p> <p>Programe presetate Obligatoriu</p> <p>Programe personalizate Obligatoriu</p> <p>Alimentare 230V <math>\pm 10\%</math>, 50Hz</p> <p>Accesorii Sonda cu suprafață de <math>\sim 1</math> cm<sup>2</sup>: <math>\geq 1</math> bucată, să se indice codul produsului</p> <p>Sonda cu suprafață de <math>\sim 4-5</math> cm<sup>2</sup>: <math>\geq 1</math> bucată, să se indice codul produsului</p> <p>Gel de contact: <math>\geq 1</math> litru, să se indice codul produsului</p>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet Cod 400121</p> <p>Descriere: Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet desitnat în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local</p> <p>Parametru Specificație:</p> <p>Ecran dimensiune min. 4 inch, color, touch-screen - DA</p> <p>Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz - DA</p> <p>Moduri de operare continuu sau pulsatoriu: - DA</p> <p>Timpul de tratament <math>\geq 1-30</math> minute: - DA</p> <p>Programe presetate Obligatoriu - DA</p> <p>Programe personalizate Obligatoriu - DA</p> <p>Alimentare 230V <math>\pm 10\%</math>, 50Hz</p> <p>Accesorii:</p> <p>Sonda cu suprafață de <math>\sim 1</math> cm<sup>2</sup>: <math>\geq 1</math> bucată, codul produsului: 7001</p> <p>Sonda cu suprafață de <math>\sim 4-5</math> cm<sup>2</sup>: <math>\geq 1</math> bucată, codul produsului: ACC943</p> <p>Gel de contact: <math>\geq 1</math> litru - DA</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. inregistrare: <b>DM000684159</b></p> <p>Ordin de inregistrare: <b>Rg04-000099</b></p> <p>Din 26-04-2024</p>
-------------	----	--	--	------------------------	---------------	----------------	---	--	--

3310000-26	28	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet	<b>COMBIMED 4000</b>	<b>Italia</b>	<b>EME Srl</b>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet Cod 400172</p> <p>Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie și cu ultrasunet este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi.</p> <p>Parametru Specificație Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Ultrasunet: Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcționalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru diapazon 1-99 min Portabil obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 HZ Accesorii "Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sondă ultrasunet (~1 cm<sup>2</sup>) ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sondă ultrasunet (~4-5 cm<sup>2</sup>) ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Ochelari de protecție ≥ 2 buc, să se indice codul produsului" Gel de contact: ≥ 1 litru, să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu</p>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet Cod 400172</p> <p>Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie și cu ultrasunet este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi.</p> <p>Parametru Specificație Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA Laser roșu - suplinit cu diodă roșie / red LED / pointer Laser infraroșu obligatoriu - DA Ultrasunet: Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz -DA Moduri de operare continuu sau pulsatoriu - DA Funcționalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu - DA Protocoale de lucru personalizate obligatoriu - DA Cronometru diapazon 1-99 min - DA Portabil obligatoriu - DA Alimentare 230V ± 10%, 50 HZ Accesorii: Sonda roșu ≥ 1 buc, suplinit cu diodă roșie / red LED / pointer Sonda infraroșu ≥ 1 buc, codul produsului: MLA110 Sondă ultrasunet (~1 cm<sup>2</sup>) ≥ 1 buc, codul produsului: TV1 Sondă ultrasunet (~4-5 cm<sup>2</sup>) ≥ 1 buc, codul produsului: TV5 Ochelari de protecție ≥ 2 buc, inclusi în kitul echipamentului Gel de contact: ≥ 1 litru - DA Set de accesorii standard - obligatoriu - DA</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. înregistrare: <b>DM000661270</b></p> <p>Ordin de înregistrare: <b>Rg04-000282</b></p> <p>Din 08-12-2023</p>
------------	----	---	---	----------------------	---------------	----------------	---	---	--

3310000-27	29	Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B	Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B	<b>LASERMED 2200</b>	<b>Italia</b>	<b>EME Srl</b>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B Cod 400170</p> <p>Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi.</p> <p>Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru diapazon 1-99 min Portabil obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii "Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Ochelari de protecție ≥ 2 buc, să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu</p>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B Cod 400170</p> <p>Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi.</p> <p>Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA Laser roșu - suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer Laser infraroșu obligatoriu - DA Protocoale de lucru presetate obligatoriu - DA Protocoale de lucru personalizate obligatoriu - DA Cronometru diapazon 1-99 min - DA Portabil obligatoriu - DA Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii: Sonda roșu ≥ 1 buc., suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer Sonda infraroșu ≥ 1 buc, codul produsului Ochelari de protecție ≥ 2 buc., inclusi in kitul echipamentului Set de accesorii standard - obligatoriu - DA</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. inregistrare: <b>DM000661274</b></p> <p>Ordin de inregistrare: <b>Rg04-000282</b></p> <p>Din 08-12-2023</p>
------------	----	--	--	----------------------	---------------	----------------	---	--	--

3310000-28	30	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet	<b>POLYTER EVO (cu modul Electroterapie, Laseroterapie, Magnetoterapie și Ultrasunet)</b>	Italia	EME Srl	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Cod 400180</p> <p>Descriere Dispozitiv fizioterapeutic multifuncțional destinat procedurilor de electroterapie, electroforeză (ionoforeză), laserterapie, magnetoterapie și ultrasunet, dotat cu protocoale presetate și personalizabile.</p> <p>Parametru Specificație Electroterapie: Electroterapie: "Parametrii electrice disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză)" Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Magnet: Cîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu și pulsatoriu Funcționalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru obligatoriu Alimentare 230 V, 50 Hz ± 10% Accesorii incluse: "Set de electrozi adulți pentru electro terapie ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" "Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul</p>	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Cod 400180</p> <p>Descriere Dispozitiv fizioterapeutic multifuncțional destinat procedurilor de electroterapie, electroforeză (ionoforeză), laserterapie, magnetoterapie și ultrasunet, dotat cu protocoale presetate și personalizabile.</p> <p>Parametru Specificație Electroterapie: Electroterapie: Parametrii electrice disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză)" Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Magnet: Cîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu și pulsatoriu Funcționalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru obligatoriu Alimentare 230 V, 50 Hz ± 10% Accesorii incluse: "Set de electrozi adulți pentru electro terapie ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" "Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. inregistrare: <b>DM000661269</b></p> <p>Ordin de inregistrare: <b>Rg04-000282</b></p> <p>Din 08-12-2023</p>
------------	----	---	---	---	--------	---------	---	---	--

							produsului Sonda infraroșu $\geq 1$ buc, să se indice codul produsului Sonda ultrasunet $\sim 1\text{cm}^2 \geq 1$ buc, să se indice codul produsului Sonda ultrasunet $\sim 4\text{cm}^2 \geq 1$ buc, să se indice codul produsului Aplicatoare pentru magnetoterapie $\geq 2$ buc, să se indice codul produsului Ochelari de protecție $\geq 2$ buc, să se indice codul produsului Gel pentru ultrasunet $\geq 1$ L, să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu	(1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" Sonda roșu $\geq 1$ buc, să se indice codul produsului Sonda infraroșu $\geq 1$ buc, să se indice codul produsului Sonda ultrasunet $\sim 1\text{cm}^2 \geq 1$ buc, să se indice codul produsului Sonda ultrasunet $\sim 4\text{cm}^2 \geq 1$ buc, să se indice codul produsului Aplicatoare pentru magnetoterapie $\geq 2$ buc, să se indice codul produsului Ochelari de protecție $\geq 2$ buc, să se indice codul produsului Gel pentru ultrasunet $\geq 1$ L, să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16