

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1770109922487 din 11.03.2026					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților IMSP SCM „Sfânta Treime” pentru anul 2026					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1	Microcateter livrare spirale (coils)	TJMC14	China	Beijing Taijiweiye Technology Co., Ltd.	Microcateter livrare spirale (coils) Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu minim 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017", Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau angulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirodrofilic pentru lubricitate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600psi SAU Microcateter pentru livrare spirale, design multisegmentar pentru sporirea trackabilitatii, Dimensiuni 2.4/1.7F, lungime 150cm, diametru intern capăt distal 0.017", compatibilitate cu ghid 0,014", destinație inclusiv neurovasculare obligatorie, acoperire hidrofila, 2 marcheri radioopaci distali. SAU Microcateter pentru livrare spirale, design braid/coil, Dimensiuni 2.8/1.9F, lungime obligatorie 150cm, diametru intern capăt distal 0.0165", compatibilitate cu ghid 0,014", destinație neurovasculare obligatorie, acoperire hidrofila, 2 marcheri radioopaci distali.	Microcateter livrare spirale (coils) Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu minim 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.0165", pag.1 Diametru extern : distal 1.9F / proximal 2.3F, pag.1 Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm, pag.1 Compatibil cu ghid 0.014", pag.1 Varf drept, pag.1 Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip), pag.1 Prezinta 2 markeri distali radioopaci, pag.1 Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirodrofilic pentru lubricitate, pag.1 Rezistenta superioara la kinking si ovalizare, pag.1 Microcateterul sa fie compatibil DMSO, pag.1 Suporta o presiune de injectare 600psi, pag.1	DM000824653

Semnata: _____ Numele, prenumele: Perepelita Igor În calitate de: Administrator

Adresa: mun. Chisinau, Str.