

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754996466053 din 19 aug 2025, 10:37 - 23 aug 2025, 9:37

Obiectul achiziției: Servicii de testare a instalațiilor radiologice din cadrul DIM

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
50400000-9	1	Lot 1. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru dispozitivele CT „Siemens Somatom Sensation 64” și CT „Siemens Somatom Definition AS 128”. 1 Număr CT; 2 Uniformitatea 3 Zgomotul 4 Aliniamentul 5 Grosimea secțiunii radiante 6 Sensitivitatea axa – z 7. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 8.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru dispozitivele CT „Siemens Somatom Sensation 64” și CT „Siemens Somatom Definition AS 128”. 1 Număr CT; 2 Uniformitatea 3 Zgomotul 4 Aliniamentul 5 Grosimea secțiunii radiante 6 Sensitivitatea axa – z 7. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 8.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Autorizație radiologică
50400000-9	2	Lot 2. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Autorizație radiologică
50400000	3	Lot 3. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs	Autorizație radiologică

00 -9						4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**