

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1674198813969 / 21072032 din: 20.01.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Cântar - analizator a indicatorilor corpului uman

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
	Cântar - analizator a indicatorilor corpului uman	IN-F500	CHINA	Shenzhen JIALE Medical Technology Co.	Indicatori măsurabili: Greutate Indicele de masă corporal (IMC) Grăsime corporală (kg) Grăsime corporală (%) Indicator de grăsime viscerală Masa grasa Masă fără grăsimi Masa musculara Proteine (Kg) Total de apă corporală (kg) Apa totală din corp (%) Apa extracelulara (Kg) Apă intracelulară (Kg) Raportul ECW/TBW Rata metabolică bazală Indicator al ratei metabolice bazale Indicator de masă minerală osoasă Vârsta metabolică Evaluare fizică Unghiul de fază Indice de sarcopenie Grăsime corporală segmentară (%) Grăsime corporală segmentară (kg) Evaluarea segmentelor de distribuție a grăsimilor Masa musculara segmentara (kg) Evaluarea masei musculare segmentare Echilibrul de masă musculară segmentară Scorul segmentar al mușchilor piciorului Reactanță/rezistență segmentară Unghiul de fază segmentar	Model IN-F500 Intervalul de testare Metoda de autentificare Ecran de afișare Înălțime (opțional) Greutatea corporală Măsurarea grăsimii Transfer de date API OEM / ODM Tensiune Putere nominală IN-F500 Sex: M/F Mod: Populația generală adultă Interval de vârstă: 18-99 ani Temperatura: 10-40°C Umiditate: 10-85% Recunoașterea facială, cardul IC, numărul de telefon mobil și alte metode de autentificare Card de identificare opțional disponibil pentru conectare, poate fi utilizat cu sistemul de consum Ecran tactil Led 300nit 10.1", rezoluție: 1280*800 Metoda de măsurare Măsurarea cu ultrasunete de calitate industrială (cu compensare a diferenței de temperatură) Interval de măsurare Înălțime: 70 ~ 200cm Măsurarea grăsimii Măsurători principale Greutatea corporală, înălțimea, procentul de grăsime corporală, masa de grăsime corporală, masa musculară masa musculară, procentul de apă corporală, volumul de apă corporală, proteine, săruri anorganice lichid intracelular, lichid extracelular, IMC, volum metabolic bazal, volum metabolic bazal, visceral clasa de grăsime, mușchi scheletici, masa musculară segmentară a întregului corp, segmentul întregului corp masa de grăsime, etc. valori ale impedanței segmentare a întregului corp în 5 benzi, evaluarea vârstei corporale evaluarea măsurătorilor, controlul greutatei, controlul grăsimilor, controlul mușchilor etc. Metoda de măsurare Celula de sarcină cu fascicul paralel Domeniul de măsurare Depășirea maximă a razei de acțiune Precizia de măsurare Sisteme de măsurare Frecvența de măsurare Materiale Măsurarea curenților Rezistență RJ45, WIFI Furnizat Suport Măsurarea părților corpului AC100~240V , 50/60Hz , DC: 12V 4A Mai puțin de 60W ANEXAM CATALOGUL	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301