

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1559909178969</a>	Data: „24” iunie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	<b>Licitatie publica deschisa (achizitionare</b> Echipament medical necesar p/n sala de operatii in cadrul IMSP SR Nisporeni)	Lot: 1;	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	LOT 1 <b>Mașină de anestezie</b>	AX500	Danemarka	Dameca	Mașina de anestezie, destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical	Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, NO2, Aer Vaporizatoare, agenți tip vaporizator acceptate Izofluran da Sevofluran da Halothan da număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv 2 unități da Izofluran da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanism de siguranță O2 acustică, vizuală, cu blocarea automată a NO2 Mecanism de siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, pediatric, neonatal moduri de ventilație Manual/spontans, VCV, PCV, SIMV, PRVT	

					<p>volumul Tidal da gama, cc 20-1,500  volumul minut da gama, L / min &gt;20  frecvență, bpm 4 to 80  fluxul inspirator, L / min <math>\geq</math>3-40  raportul I:E minim 1:9.9 la 3:1  pauză de inspirație da limita de presiune , cm H2O  Ajustabilă, 4-67  PEEP , cm H2O 0-20  Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor  Sistem de baleiaj pasiv  Sistem de management al datelor anestezice da  Monitorizarea Presiunea de aer  Alarmă de înaltă presiune da  Alarma presiune subatmosferică da  Continuarea alarma presiune da  Presiune scăzută / apnee da  Alte alarme de presiune da  Volumul expirator / flux da  Alarmă apnea da  Concentrația de O2 da  Timp de răspuns , sec &lt;30  Concentrația de CO2 alarmă apnee da (dacă monitorul CO2 este integral)  N2O da  Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran  Auto ID da  Alarmă concentrare agent da  Monitor de pacient ECG ritmului cardiac da (dacă monitorul ECG este integral)  segment ST da (dacă monitorul ECG este integral)  Tensiune sanguină neinvazivă da  Tensiune sanguină invazivă da  Temperatura da  Pulsoximetria da  Afișor Numărul de afișoare 2  Integrat da  Interfață cu altele da  Alarme prioritare 3</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă da Presiune de alimentare cu gaz 3-6 bar Accesorii monitor si Masina de anezie conform cerintelor Circuit de ventilare Adult, reutilizabil -1 set. CertIFICATELE : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: aplicata semnatura electronica                      Numele, prenumele: Dobrea Alexandru    În calitate de: Administrator  
Ofertantul: BERHORD FARMED SRL    Adresa: str. Căramidarilor 36, MD -2059, Chisinau, Moldova