

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1747729668335 /21420827 din: 20.05.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile p/u turn laparoscopic - 2025

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Optică laparoscopică 30°	REF-KS103330	Turcia	QAMARA ENDOSKOPI MEDİKAL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Telescop optic rigid; Rezoluție HD; Unghi de vizualizare 30°; Diametrul: max. 10mm; Lungime de lucru: 300mm (±30mm); Autoclavabil la 134°C.	Telescop optic rigid; Rezoluție HD; Unghi de vizualizare 30°; Diametrul: max. 10mm; Lungime de lucru: 300mm (±30mm); Autoclavabil la 134°C.	ISO, CE
3	Cablu fibră optică	REF- FKKS400300	Turcia	QAMARA ENDOSKOPI MEDİKAL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Diametrul: 4-5mm; Lungime: 3000mm (±500mm); Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".	Diametrul: 4-5mm; Lungime: 3000mm (±500mm); Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".	ISO, CE

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv