

## Specificații tehnice

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b>	<b>Achizitii.md ID 21073469, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1676194438024 din „09” martie 2023</b>
<b>Obiectul achiziției:</b>	<b>Reagenți și consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2023.</b>

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 14 Carduri și consumabile pentru Vitek 2 compact</b>							
14.1	Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi și nefermentativi	VITEK® 2 GN, 21341	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 21341, Cutie /20 carduri	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germeilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21341. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.2	Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive	VITEK® 2 GP, 21342	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 21342, Cutie/20carduri	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germeilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21342. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.3	Vitek 2 YST Carduri de identificare levurilor	VITEK® 2 YST, 21343	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 21343, Cutie/20carduri	VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21343. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.4	Vitek 2 AST - P592 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae	VITEK® 2 AST-P592, 22287	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 22287, Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 22287. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.5	Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus : Str.pneumoniae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans	VITEK® 2 AST-ST03, 421040	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 421040, Cutie 20carduri	VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 421040. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.6	Vitek 2 AST - N204 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor gramnegativi în special fermentative cu confirmare betalactamaze	VITEK® 2 AST-N204, 412865	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 412865, Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-N204. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 412865. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO

14.7	Vitec 2 AST- N222 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special nefermentative cu colistin	VITEK® 2 AST-N222, 413083	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 413083, Cutie/20carduri	VITEK® 2 AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 413083. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.8	Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice	VITEK® 2 AST-YS08, 420739	SUA	bioMerieux Inc.	CE, 420739, Cutie/20carduri	VITEK® 2 AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 420739. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.9	Solutie salina sterila (pH4,5-7,0)	V1204	Franța	bioMérieux SA	CE, V1204, Cutie / 3fl /500ml	Solutie salina sterila numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. 3 fl./cutie. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Ref.: V1204. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.10	Virfuri de pipeta (0,5-250ul)	30507	Franța	bioMérieux SA	CE, 30507, Cutie / 96b	Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificatiile produsului: Capacitate: 0,5 - 250 μl. Vârfurile de pipetă sunt fixate. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Ref.: 30507. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.11	Virfuri de pipeta(100-1000)	30501	Franța	bioMérieux SA	CE, 30501, Cutie / 96b	Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificatiile produsului: Capacitate: 100 - 1000 μl. Vârfurile de pipetă sunt fixate. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Ref.: 30501. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.12	Psipete sterile	234-1S	Franța	bioMérieux SA	CE, 234-1S, buc	234-1S_STERILE PSIPETTES 5ML. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Conform cerințelor obligatorii	ISO

**Semnat:**

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1