

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1583225347715	Data: 24.03.2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2020	Lot: 8	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
3		Catetere venoase periferice						
8	50421000-2	8.RMN Hitachi ECHELON OVAL	-	-	-	Lucrări de întreținere periodică PUNTE (Gantry): -Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; -Testarea funcționalității butonului STOP; -Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); -Testarea funcționalității a indicatorului laser. MASĂ PACIENT: -Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; -Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate. CONSOLA OPERATORULUI: -Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; -Curățarea de praf a ventilatoarelor, plășilor electrice și a carcasei; -Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. BLOC IPDU: -Curățare de praf a întregului bloc; -Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC. BLOC RFCU: -Curățare de praf a întregului bloc; -Verificarea conexiunii cablajelor electrice. BLOC GCPA (bobina de gradient): -Verificare la scurgeri de apă; -Testarea momentului de rotație p/u cablajele fixate a bobinei de gradient. BLOC ERDU și compresoarele: -Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; -Schimbul Cold Head; -Curățare de praf pe interior; BLOC EXCU: -Verificare la scurgeri de apă; -Schimbul apei. AJUSTĂRI: -Testare după fantom FOV; -Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; -Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; -DryPix 4000 plus Curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului. *Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	Lucrări de întreținere periodică PUNTE (Gantry): -Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; -Testarea funcționalității butonului STOP; -Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); -Testarea funcționalității a indicatorului laser. MASĂ PACIENT: -Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; -Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate. CONSOLA OPERATORULUI: -Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; -Curățarea de praf a ventilatoarelor, plășilor electrice și a carcasei; -Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. BLOC IPDU: -Curățare de praf a întregului bloc; -Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC. BLOC RFCU: -Curățare de praf a întregului bloc; -Verificarea conexiunii cablajelor electrice. BLOC GCPA (bobina de gradient): -Verificare la scurgeri de apă; -Testarea momentului de rotație p/u cablajele fixate a bobinei de gradient. BLOC ERDU și compresoarele: -Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; -Schimbul Cold Head; -Curățare de praf pe interior; BLOC EXCU: -Verificare la scurgeri de apă; -Schimbul apei. AJUSTĂRI: -Testare după fantom FOV; -Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; -Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; -DryPix 4000 plus Curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului. *Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local. În conformitate cu pct. 35 "Alte informații relevante" a anunțului de participare anexate în SIA RSAP/M-Tender	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**