



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21216474 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1713362372051](#) din 10.06.2024

Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
17	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate medie	NBVE 60 NL	Ultra-Viol Polonia	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie Anexa 2 Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 100 m3/oră, ±20 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie Anexa 2 Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare – 132 m3/oră ("Datasheet") Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme – Da ("Datasheet") Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului – Da ("Datasheet")	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical	Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar – UVC ("Datasheet") Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore – Da ("Datasheet") Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical - Fără restricții ("Datasheet") Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare – Da ("Datasheet") Carcasa dispozitivului - Oțel inoxidabil ("Datasheet") Nivelul maximal de zgomot - 41.8 dB ("Datasheet") Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 – Da ("Datasheet") Consum de energie - 145 W/oră ("Datasheet") Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz – Da ("Datasheet") Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan – Da ("Datasheet")	
--	--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical – Da ("Datasheet")	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21216474 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1713362372051 din 10.06.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Lot 17 – Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate medie	Buc.	34	6.392,15	7.670,58	217.333,10	260.799,72	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	TOTAL					217.333,10	260.799,72		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1