

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1656677828975
Obiectul achiziției:	“Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Monitor Holter ECG Lot 7	Walk400h	Italia	Cardioline	"Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-300 Hz Impedanța de intrare ≥ 60 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 85 dB Detectare pacemaker da Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1000 Hz Frecvența ajustabilă da Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 24 bit Ecran LCD / TF T ≥ 2.2" Rezoluție $\geq 240 \times 320$ lumină fundal da Date ecran ora da statut baterie da Identificarea automată a tipului de cablu folosit 5,7,10 fire da Memorie Interna ≥ 16GB	"Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-300 Hz Impedanța de intrare 60 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz 85 dB Detectare pacemaker da Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție 1000 Hz Frecvența ajustabilă da Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) 24 bit Ecran LCD 2.2" Rezoluție 240x320 lumină fundal da Date ecran ora da statut baterie da Identificarea automată a tipului de cablu folosit 5,7,10 fire da Memorie Interna 16GB	CE, ISO

			Timpul maximal de inregistrare a semnalului ECG 24h, 48h, 7 zile Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Buton marcare evenimente da Inregistrare voce/comentarii da Buton navigare meniu da Blocarea automată a butoanelor da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă da tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 48 h Posibilitatea de schimbare a bateriilor fara a intrerupe inregistrarea da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient da Adnotare eveniment ECG da Clasificarea de evenimente da Analiza RR da Analiza ST da Analiza QT da Analiza PQ da Analiza PM da Analiza aritmiilor da Variabilitate ritm cardiac după timp da Variabilitate ritm cardiac după frecvență da Reprezentarea grafică a datelor da Reprezentarea tabelară a datelor da Raport presetabil de utilizator da Interfața presetabilă utilizator da Posibilitate printare raport da Accesorii Cablu ECG cu 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.	Timpul maximal de inregistrare a semnalului ECG 24h, 48h, 7 zile Indicator deconectare electrod Buton marcare evenimente da Inregistrare voce/comentarii da Joystick-ul navigare meniu da Blocarea automată Joystick-ul da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card Baterie reîncărcabilă da tip baterie AA Tip operare autonomă 48 h Posibilitatea de schimbare a bateriilor fara a intrerupe inregistrarea da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient da Adnotare eveniment ECG da Clasificarea de evenimente da Analiza RR da Analiza ST da Analiza QT da Analiza PQ da Analiza PM da Analiza aritmiilor da Variabilitate ritm cardiac după timp da Variabilitate ritm cardiac după frecvență da Reprezentarea grafică a datelor da Reprezentarea tabelară a datelor da Raport presetabil de utilizator da Interfața presetabilă utilizator da Posibilitate printare raport da Accesorii Cablu ECG cu 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.	
--	--	--	--	--	--

				Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor da	Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor da	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator