



Nr	Modelul dispozitivului	Lista lucrărilor de mentenanță	Cantitatea VIZITĂ	Periodicitatea
9	Mentenanța anuală Storz Medical Modulith SLK	<p>* Inspectarea sistemul general pentru deteriorări vizibile.</p> <p>* Efectuarea unui scurt test funcțional de blocare a brațului, circuit de apă și posibilitatea de eliberare unde de șoc cu comutatorul manual și cu pedala opțională.</p> <p>* Verificarea conexiunile cablurilor și clemelor de cablu pentru a detecta deteriorări mecanice și ameliorarea tensiunii corespunzătoare.</p> <p>* Demontarea capacelor externe. Verificarea capacelor și punctelor de fixare. *</p> <p>Verificarea caracterului complet și lizibilității tuturor elementelor de comandă de pe panoul de comandă. *</p> <p>Verificarea funcționalității panoului de comandă pe ambele puncte de conectare.</p> <p>* Verificarea comutatorul manual și opțional în funcționalitatea pe ambele puncte de conectare</p> <p>* Testarea automata a lămpii *</p> <p>Eliberarea frânelor cu butonul de deblocare de la capul dispozitivului și verificarea mișcării libere și line pe toate axele.</p> <p>* Verificarea mișcării sus / jos a brațului de terapie pentru echilibrare corectă.</p> <p>* Verificarea funcționalității motorului și mișcării capului de terapie în toate cele trei axe '. *</p> <p>Verificarea mișcărilor motorizate a capului de terapie în timpul eliberării undelor șoc.</p> <p>Verificarea circuitului Apă/aer</p> <p>Verificarea circuitului hidraulic</p> <p>Verificarea duratei de viață a componentelor produsului pentru informații reale despre numărul de șocuri de undă și timp.</p>	3	1 vizita/ per trimestru

Lucrările de mentenanță nu includ piesele de schimb

Lucrările de reparație nu sunt incluse în prețul lucrărilor de mentenanță. În cazul necesității lucrărilor de reparație, un cont adițional va fi înaintat pentru acestea.