

		Specificații tehnice (F4.1)								
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1618484888159						Data:26/04/2021	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Respiratoare pentru anul 2021						Lot:	Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2		3	4	5	6	7	8	
3310 000-1	1	Mască respirator tip FFP2/FFP3/KN95/N99, fără supapă	Mască respirator tip FFP2/FFP3/KN95/N99, fără supapă	C-267 FFP2	Turcia	MFA Is Guvenligi medikal Tekstil Imalat Tic. San. Ltd. Sti.	Mască respirator tip FFP2/FFP3/KN95/N99, fără supapă: -clemă de fixare și reglare în zona nasului (contactul între clemă și nas să fie protejat prin bandă din burete); -sistem de prindere prin 2 benzi elastice de fixare după cap (confecționate din material țesut și elastic) care asigură o tensiune uniformă pe toată suprafața capului și garantează o fixare sigură pentru diverse dimensiuni și conformații ale capului. Benzile fixate sigur de respirator. -filtrare antibacteriană min.94% conform standardului FFP2/FFP3/KN95/N99, cu protecție maximă împotriva aerosolilor solizi și lichizi; -garantează utilizarea continuă pe perioadă mai lungă de timp, masca trebuie să acopere nasul, gura și bărbia, să reducă riscul formării condensatului pe lentilele ochelarilor și pe echipamentul de protecție oculară; -formă ergonomică, flexibilă, moale, nesterilă, hipoalergică, permeabilitate bună a aerului.	1. FFP2 fără supapă; 2. Clemă de fixare și bandă de burete; 3. 2 benzi elastice cu fixare după cap;	1. Declarație de Conformitate CE 2. EN149	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudosan Reqhina În calitate de: Farmacist-diriginte

Ofertantul: Dita Estfarm Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 23