

**Certificat de calitate №1951 din 13.01.2025
valabil pina la 31.12.2026
pentru oxigen medical lichid (criogenic)
ISO 2046-73 GOST 6331-78**

**Beneficiarul: IMSP Spitalul Clinic Bălți
Numarul de tone: 12**

№	Denumirea indicatorilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentratia de O ₂ , in %, nu mai putin de	99.5	99.80
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , in %,	Absent	-
3	Concentrația de CO ₂ la 1 dm ³ de oxigen lichifitat, cm ³ , nu mai mare	3.0	0.18
4	Conținutul de ulei	Absent	abs
5	Conținutul de CO ₂	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidante	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	retinut conform aliniatului 3.9	retinut
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform ISO 2046-73 (GOST 6331-78)

Inginer superior,

Bulban V.

