

Specificații tehnice (Anexa nr.22)

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Numărul procedurii de achiziție:	21052992 / ocds-b3wdp1-MD-1646900831072 din 18.03.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru secția „Ortopedie și Vertebrologie” conform necesităților IMSP SCTO anul 2022

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare	19684-20	Germania	REDA	3 x 4 dinți Brațe articulate Dinți ascuțiți SP4067-20 Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8" Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)	3 x 4 dinți Brațe articulate Dinți ascuțiți SP4067-20 Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8" Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE
2	Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar	19744-17 19745-40 19745-45 19745-50 19745-55 19745-60 19745-65 19745-70	Germania	REDA	3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)	3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE
3	Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului	41515-02 41515-03 41515-04 41515-05	Germania	REDA	Ciupitor 45°, sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 55 mm – 1 un. 66 mm – 1un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 8cm/8") Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)	Ciupitor 45°, sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 5 mm – 1 un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 8cm/8") Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4"	41462-01 41467-01 41472-01 41477-01	Germania	REDA	Ciupitor: 2x10 mm -1un. 3x10 mm -1un. 4x10mm – 1un. 5x10mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7") Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	Ciupitor: 2x12 mm -1un. 3x12 mm -1un. 4x14mm – 1un. 5x14mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7") Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE
5	Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4"	47223-03 47223-04	Germania	REDA	Ciupitor: 4 x 9 mm – 1un. 5 x 10mm – 1un Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	Ciupitor WEIL-BLAKESLEY : 4.2 x 9 mm – 1un. 4.8 x 10mm – 1un Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE
6	Retractor radicular cu unghi	41079-21 41080-19 41081-19 41083-19	Germania	REDA	0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4" Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4" Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE
8	Sondă cu bilă	93400-02 93401-02 93402-02 93403-02	Germania	REDA	Lungime 230 mm. Mărime: 8 mm – 65° 10 mm - 80° 12 mm - 75° 13 mm – 80° Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	Lungime 245 mm. Mărime: 8 mm – 65° 10 mm - 80° 12 mm - 75° 13 mm – 80° Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE
9	Sondă pentru aspirație	41300-02 41300-03 41300-04 41300-05	Germania	REDA	2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un Materialul constructiv sa fie oțel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la oțelul inoxidabil)	ISO 13485, CE, Decl.CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț (Anexa nr.23)

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Numărul procedurii de achiziție:	21052992 / ocds-b3wdp1-MD-1646900831072 din 18.03.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru secția „Ortopedie și Vertebrologie” conform necesităților IMSP SCTO anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33100000-1	1	Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare	buc	1	2,250.00	2,700.00	2,250.00	2,700.00	la solicitare în timp de 30 zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	2	Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar	buc	1	9,250.00	11,100.00	9,250.00	11,100.00	
33100000-1	3	Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului	buc	4	5,750.00	6,900.00	23,000.00	27,600.00	
33100000-1	4	Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4"	buc	3	3,980.00	4,776.00	11,940.00	14,328.00	
33100000-1	5	Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4"	buc	2	2,100.00	2,520.00	4,200.00	5,040.00	
33100000-1	6	Retractor radicular cu unghi	buc	2	780.00	936.00	1,560.00	1,872.00	
33100000-1	8	Sondă cu bilă	buc	2	1,420.00	1,704.00	2,840.00	3,408.00	
33100000-1	9	Sondă pentru aspirație	buc	8	450.00	540.00	3,600.00	4,320.00	
TOTAL							58,640.00	70,368.00	

Iarovoi Petru, Director FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2