



REPUBLICA MOLDOVA
PREȘEDINTELE RAIONULUI NISPORENI



MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2, tel/fax (264) 2-20-58, e_mail: craional@mail.ru,
pagina web: www.nisporeni.md

Nr. 204

Din 21. 10.2022

**Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor**

Urmare Deciziei ANSC Nr. 03D-651-22 din 13.10.2022 privind soluționarea contestației formulată de către „Medexcom Teh” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/696/22 la data de 07.09.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1655301301961 din 13.07.2022, Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Consiliului raional Nisporeni vă informează:

În scopul reevaluării ofertei „Imunotehnomed” SRL ,prezentată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 1655301301961 din 13.07.2022 , privind achiziția „Sistem radiografic digital(cu buchi vertical) , în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) și art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin scrisoarea nr. 202 din 17 octombrie 2022, grupul de lucru pentru achiziții a solicitat ofertantului „Imunotehnomed” SRL explicații și/sau documente suplimentare justificative, după cum urmează

1). prezentarea argumentelor cu referire la necorespunderea parametrilor tehnici, după cum urmează,

1. ,, deplasarea verticală, cm > 150cm(de la 40 –190cm)

(în conformitate cu cerințele specificate în anunțul de participare, pct. nr.8.)

Astfel, ofertantul SC „Imunotehnomed” SRL prin scrisoarea nr. 710-ex din 20.10.2022 a prezentat argumente doveditoare conformității cu specificațiile tehnice ale ofertei înaintate. (Scrisoarea de argumentare se anexează).

Având în vedere prevederile art. nr.69 alin. Nr.6 ,lit b), din Legea 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, grupul de lucru pentru achiziții consideră că oferta ofertantului SRL „Imunotehnomed” corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și este acceptată , fiind desemnată câștigătoare.

Decizia de reevaluare a grupului de lucru pentru achiziții se anexează.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru ,

președintele raionului



Vasile Mărcuță

CĂTRE: Presedintele Raionului Nisporeni

Nr. 710-ex din 20.10.2022

În atenția: Grupului de lucru pentru LP 21058437
din 13.07.2022

Digitally signed by Bolea Petru
Date: 2022.10.20 12:14:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Stimate Domnule Presedinte,

Prin prezenta S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L drept răspuns la demersul Dumneavoastră Nr. 202 din 17 octombrie 2022 cu privire la reevaluarea ofertei depuse în cadrul LP nr. 21058437, achiziționarea *Sistem radiologic digital (cu bucki vertical)* vă transmitem următoarele informații,

1. Pentru parametrul solicitat *BUCKY vertical ... Deplasarea verticala, cm ≥ 150 cm (de la 40 -190 cm)*, compania SC Imunotehnomed SRL a propus *BUCKY vertical ...Deplasarea verticala, cm minim 154 cm (de la 30 -186 cm)* având o valoare cu 4 cm mai mică de cât cea solicitată pentru deplasare la limita superioară. Aceasta abatere o considerăm minoră cu atât mai mult cât majoritatea investigațiilor se petrec la înălțimi mai mici ale BUCKY -lui vertical.

Pe de alta parte atragem atenția dumneavoastră că a fost oferit o valoare cu 10 cm mai mare de cât cea solicitată pentru deplasarea BUCKY -lui la limita inferioară, oferind un drum mai lung pentru detector. Acest lucru este net superior pentru investigațiile membrelor inferioare precum (talpă, glezna, genunchi etc.).

Pentru comoditatea dumneavoastră atașăm la acest răspuns schema de deplasare a BUCKY - lui vertical pentru parametrii solicitați și cei oferiți.

2. Referitor la parametrul *Intensitate curentului minim in intervalul 10-650 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi* compania SC Imunotehnomed SRL a propus *Intensitate curentului minim in intervalul 10-800 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi -Da, 38 pasi.*

Acest parametru poate fi regăsit în manualul de operare la pagina 113 pe care îl atașăm la acest răspuns. În urma verificării suplimentare a fost depistată o eroare de calcul, numărul de pași fiind 21 , acest lucru nu influențează în nici un fel corespunderea cu specificația tehnică solicitată.

O poză cu acest parametru o atașăm mai jos.

GENERATOR TECHNIQUE SELECTION

11																					
Time (ms)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 mA Selected	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	10	12.5	16	20	25	32	40	50	64	80	100	125	160	200	250	320	400	500	640	800	1000
1.0											0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0
1.2										0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25
1.6									0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6
2								0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0
2.5							0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5
3.2						0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2
4					0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0
5				0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0
6.4			0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4
8		0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8
10	0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8	10
12.5	0.125	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8	10	12.5
16	0.16	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8	10	12.5	16
20	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8	10	12.5	16	20
25	0.25	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8	10	12.5	16	20	25
32	0.32	0.4	0.5	0.64	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	6.4	8	10	12.5	16	20	25	32

La prezenta Scrisoare se anexează următoarele documente:

- manualul de operare al dispozitivului GXR-68SD (117 pagini)
- schema de deplasare a BUCKY – lui vertical pentru parametrii solicitați și cei oferți (1 pagina)

Suntem la dispoziția Dumneavoastră pentru eventuale întrebări sau clarificări viitoare.

Cu respect,

Șef Departament Comercial

Petru BOLEA

S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC Nr. 03D-651-22 din 13.10.2022

Nr 1___ din 21 octombrie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Nisporeni
Localitate	Or. Nisporeni
IDNO	1007601004788
Adresa	Str. Ioan Vodă,2
Număr de telefon	0264 2 24 40, 0264 2 20 58
Număr de fax	0264 2 20 58
E-mail oficial	achizitiinisporeni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nina Guțanu, 069126673

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri v ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii v Lucrări ☐
Obiectul achiziției	<u>Sistem radiologic digital(cu bucki vertical</u>
Cod CPV	33111800-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655301301961
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655301301961
	Data publicării: 15.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md ☐ v Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://nisporeni.md/planul-de-achizitii-al-consiliului-raional-nisporeni-pentru-anul-2022/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Nr. 3 din 09.06.2022 Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic

Sursa de finanțare	v ☐ Buget de stat ; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 850 000,00

2. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	06.06.2022
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	6 iun 2022, 11:05 Subiectul întrebării: Termen de livrare Întrebare: Cum e posibil ca un X Ray sa fie livrat in 10 zile ? Cate companii inafara de una au asa echipament pe
Expunerea succintă a răspunsului	Termenii de livrare și de instalare au fost modificați. Vedeți Anunțul de participare și Documentația standart. termenul de livrare si instalare Întrebare: Solicitam respectuos modificarea termenului de livrare din 10 zile in 75 zile ,si instalarea/darea in exploatare in 15 zile din momentul livrarii. Multumim 22 iun 2022, 13:11 Subiectul întrebării: Clarificare greutate pacient Întrebare: Bună ziua, Vă rog să menționați dacă acest dispozitiv este destinat pentru scanarea radiografica a oamenilor sau în scopuri veterinare? Luînd in considerarae ca sunt puțini producători care livrează modele cu un astfel de parametru tehnic >300 kg, în Republica Moldova statistica arată ca rata medie a unui pacient de 300kg nu există, iar în raionul Nisporeni nici atît. Vă rugăm respectuos să schimbați parametru pentru ca mai mulți operatori economici să se incadreze în caietul de sarcini. Mulțumim. Răspuns (24 iun 2022, 09:40): Parametrul tehnic- „greutate pacient” a fost modificat. Vedeți Anunțul de participare și Documentația standard. Data: 22 iun 2022, 13:46

	Subiectul întrebării: Clarificare Detector Întrebare: Buna ziua "Greutatea admisibilă pe toată suprafața este de minim 300kg" la Detector ? Va rugăm să argumentați cum un detector care este sensibil la socuri mecanice și aplicarea forței ce pot duce la deteriorarea acestuia poate suporta greutatea de 300kg pe toată suprafața de circa 35x43 (cm) Răspuns (24 iun 2022, 09:42): Parametrul tehnic „greutate admisibilă pe toată suprafața” este modificat. Vedeți Anunțul de participare și Documentația standard.
--	---

3. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	17,06,2022,24,06,2022-modificat Anunțul de participare și Documentația standard
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	SIA RSAP
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

4. Până la termenul-limită (data 13 iulie 2022, ora _14_: _30_), au depus oferta 6(șase) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei
2.	SRL Interfarma	1003600005263	Nina Palii
3.	SRL Medexcom-Teh	1019600008809	Vasile Matei
4.	SRL Imunotehnomed	1002600012565	Tatiana Trili
5.	SRL Vivamed Internațional	1007600028965	Irina Belan
6.	SRL Intermed	1002600034804	Artur Burdujan

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SRL Neotec	SRL Interfarma	SRL Medexcom-teh	SRL Imunotehnomed	SRL Vivamed internațional	SRL Intermed
Documentele ce constituie oferta și de calificare (Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Formularul	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu s-au	Nu s-au

	Subiectul întrebării: Clarificare Detector Întrebare: Buna ziua "Greutatea admisibilă pe toată suprafața este de minim 300kg" la Detector ? Va rugăm să argumentați cum un detector care este sensibil la socuri mecanice și aplicarea forței ce pot duce la deteriorarea acestuia poate suporta greutatea de 300kg pe toată suprafața de circa 35x43 (cm) Răspuns (24 iun 2022, 09:42): Parametrul tehnic „, greutate admisibilă pe toată suprafața ''este modificat. Vedeți Anunțul de participare și Documentația standard.
--	--

3. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	17,06,2022,24,06,2022-modificat Anunțul de participare și Documentația standard
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	SIA RSAP
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

4. Până la termenul-limită (data 13 iulie 2022, ora _14_: _30_), au depus oferta 6(șase) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei
2.	SRL Interfarma	1003600005263	Nina Palii
3.	SRL Medexcom-Teh	1019600008809	Vasile Matei
4.	SRL Imunotehnomed	1002600012565	Tatiana Trili
5.	SRL Vivamed Internațional	1007600028965	Irina Belan
6.	SRL Intermed	1002600034804	Artur Burdujan

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SRL Neotec	SRL Interfarma	SRL Medexcom-teh	SRL Imunotehnomed	SRL Vivamed internațional	SRL Intermed
Documentele ce constituie oferta și de calificare (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Formularul	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu s-au	Nu s-au

DUAЕ					avaluat	evaluat
Specificația tehnică	Nu corespunde cerințelor	Nu corespunde cerințelor	Nu corespunde cerințelor	prezentat		
Specificația de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
) Certificat de conformitate sau alte certificate, ce confirmă calitatea dispozitivului oferit.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație pe propria răspundere(în formă liberă) privind lipsa motivelor de excludere de la procedură.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		

Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Garanția pentru ofertă 2%	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Termen de garanție	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei, 90 zile.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație de la ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație, care să certifice că anul producerii produsului nu este mai devreme de anul 2021.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație cu privire la instruirea personalului.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor și echipamentului	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		

oferit.						
---------	--	--	--	--	--	--

(Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	SRL Neotec	1088 000,00		+	-
	SRL Interfarma	1250 000,00		+	-
	SRL Medexcom-teh	1320 000,00		+	-
	SRL Imunotehnomed	1628 894,00		+	+
	SRL Vivamed Internațional	1660 000,00			Nu s-au evaluat
	SRL Intermed	2120 000,00			Nu s-au evaluat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

6. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
17.10.2022 Scrisoare nr. 202.	SRL Imunotehnomed	S-a solicitat: 1).prezentarea argumentelor cu referire la necorespunderea parametrilor tehnici, după cum urmează, 1. „deplasarea verticală, cm > 150cm(de la 40 –190cm) 2. intensitatea curentului min în intervalul 10-650mA, cu control ă n pași, să se prezinte numărul de pași	S-a prezentat ,scrisoare nr. 710 – ex din 20.10.2022. Pentru parametrul solicitat <i>BUCKY vertical ... Deplasarea verticala, cm ≥ 150 cm (de la 40 -190 cm)</i> , compania SC Imunotehnomed SRL a propus <i>BUCKY vertical ...Deplasarea verticala, cm minim 154 cm (de la 30 -186 cm)</i> având o valoare cu 4 cm mai mică de cât cea solicitată pentru deplasare la limita superioară. Aceasta abatere o considerăm minoră cu atât mai mult cât majoritatea investigațiilor se petrec la înălțimi mai mici ale BUCKY –lui vertical. Pe de alta parte atragem atenția dumneavoastră că a fost oferit o valoare cu 10 cm mai mare de cât cea solicitată pentru deplasarea BUCKY –lui la limita inferioară, oferind un drum mai lung pentru detector. Acest lucru este net superior pentru

		investigațiile membrelor inferioare precum (talpă, glezna, genunchi etc.). Pentru comoditatea dumneavoastră atașăm la acest răspuns schema de deplasare a BUCKY – lui vertical pentru parametrii solicitați și cei oferți. 2. Referitor la parametrul <i>Intensitate curentului minim in intervalul 10-650 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi</i> compania SC Imunotehnomed SRL a propus <i>Intensitate curentului minim in intervalul 10-800 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi</i> –Da, 38 pasi. Acest parametru poate fi regăsit în manualul de operare la pagina 113 pe care îl atașăm la acest răspuns. În urma verificării suplimentare a fost depistată o eroare de calcul, numărul de pași fiind 21 , acest lucru nu influențează în nici un fel corespunderea cu specificația tehnică solicitată. Scrisoarea se anexează.
--	--	---

7. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Neotec SRL	Specificațiile tehnice propuse nu corespund cerințelor
Interfarma SRL	Specificațiile tehnice propuse nu corespund cerințelor
SRL Medexcom-teh	Specificațiile tehnice propuse nu corespund cerințelor
Vivamed international SRL	Oferta nu s-a evaluat, preț mare
Intermed SRL	Oferta nu s-a evaluat, preț mare

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile v

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut v ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calita-cost ☐

10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

11. Reevaluarea ofertelor:

Nr.	Specificații tehnice pentru Sistem radiografic digital Descriere Sistem radiografic pentru uz general (oase, fluorografie a plamanilor, etc) este utilizat pentru efectuarea procedurilor de rutina cu raze x pentru diagnostic	Neotec	M-INTER-FARMA	MEDEXCO M-TEH SRL	SC "Imunotehnomed" SRL
	Prețul, lei	1 088 000	1 250 000	1 320 000	1 628 894
1.	Parametri				
	Modul radiologic Digital Detector unic	Da	Da	Da	Da
2.	Tip masă Tip Pedestal	Da	Da	Da	Da
	Suport electric	Da	Da	Da	Da
	Mișcarea mesei: Longitudinală, cm ≥ 90 cm	Da	Nu corespunde (83 cm)	Da	Da
	Laterală, cm ≥ 20 cm	Da	Da	Da	Da
	Caracteristici Densitatea mesei: <1 mm Al	Nu corespunde (1,7 mm A)	Da	Da	Da
	Dimensiunea minim 220 cm x 80 cm	Da	Nu corespunde (218 cm x 75 cm)	Da	Da
	Înălțimea de la podea- fixa între valorile 70-80 cm	Da	Da	Da	Da

	Miscarea mesei tip: manuala	Da	Da	Da	Da
	Controlul mesei va fi prin intermediu comutatorului de picior	Da	Da	Da	Da
	Frina/ sistem de blocare tip electromagnetic	Da	Da	Da	Da
	Incarcarea (alimentarea cu curent electric) automata odata ce este inclus in spatiul pentru detector.	Da	Da	Da	Da, opțiune inclusă
	Mișcarea automata a detectorului împreuna cu tubul	Da	Da	Da	Da, opțiune inclusă
3.	Greutatea maximă a pacientului, kg ≥ 200 kg	Da	Da	Da	Da
4.	Spatiu pentru detector cm $\geq 35 \times 43$	Da	Da	Da	Da
5.	Sistemul BUCKY a mesei				
	Tip control manual	Da	Da	Da	Da
	Brat Orizontal complet controlabil	Da	Da	Da	Da
6.	Mișcarea longitudinală a tubului ≥ 160 cm	Da	Da	Da	Da
7.	Mișcarea verticală a tubului ≥ 150 cm	Da	Nu corespunde (147 cm)	Da	Da
8.	Punctul focal de la podea minim de la 40 cm (sau mai mic de 40 cm) pina la 190 (± 5 cm)	Da	Da	Da	Da
9.	Rotia tubului X-ray $\geq 180^\circ$ (+ 90° , 0°, - 90°)	Da	Da	Da	Da
10.	Miscarea transversala a tubului ≥ 150 mm	Da	Da	Da	Da
11.	Comenzile consolei brațului cu tuburi sa fie prezent minimi miscarile – Logitudinal, transversal, vertical, angular si blocare sub unghi.	Da	Da	Da	Da
12.	Control prin intermediul butoanelor.	Da	Da	Da	Da
	Sistem de blocare electromagnetic	Da	Da	Da	Da
13.	BUCKY vertical				
	Spatiu pentru detector cm $\geq 35 \times 43$	Da	Da	Da	Da
	Punerea detectorului minim din dreapta si stinga	Da	Da	Da	Da
	Sistem de blocare electromagnetic	Da	Da	Da	Da
	Deplasarea verticala, cm ≥ 150 cm (de la 40 -190 cm)	150 cm, nu corespunde (10-180 cm)	Da	Da	Da (30 – 186 cm – parametru neesențial)

	Incarcarea (alimentarea cu curent electric) automata odata ce este inclus in spatiul pentru detector.	Nu este specificat	Da	Da	Da, opțiune inclusă
	Frîne electromagnetice	Da	Da	Da	Da
	Control Manual	Da	Da	Da	Da
	Posibilitatea de încarcare a detectorului pe stînga sau dreapta	Da	Da	Da	Da
	Detector				
	Mărimea detector, cm $\geq 35 \times 43$	Da	Da	Da	Da
	Configurare detector	Da	Da	Da	Da
	Rezoluția matricei, pixeli minim 1900x2000	Da	Da	Da	Da
14.	Caracteristicile detectorului				
	Distanța dintre pixeli $\leq 175 \mu\text{m}$	Da	Da	Da	Da
	Tip de transmitter prin Wi-fi	Da	Da	Da	Da
	Tipul max de vizualizare dupa expunere ≤ 6 sec	Da	Da	Da	Da
15.	Bloc / Sistem de încarcare separat fără cablu de interconectare	Da	Da	Da	Da
	Scintilator / materialul de decție CsI	Da	Da	Da	Da, opțiune inclusă
	Acumulator intern inclus tip Lithium Ion	Da	Da	Da	Da
	Tipul de lucru in autonomie (de la acumulator) ≥ 150 de expuneri	Admisibil	Nu este specificat (5 ore)	Da	Da
	Incarcarea acumulatorului completa in maxim 15 minute.	Da	Nu corespunde (3.5 ore)	Da	Da
16.	Conectarea Fără fir Wi-fi	Da	Da	Da	Da
	Generator de raze X, caracteristici				
	Puterea ≥ 50 kw	Da	Da	Da	Da
	Intervalul in Kv minim 40-150 Kv cu control in pasi de 1Kv	Da	Da	Da	Da
	Intensitate curentului minim in intervalul 10-650 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi.	Nu corespunde (10-630 mA; nu este specificat nr.de pași)	Da , dar nu este specificat nr.de pași	Da , dar nu este specificat nr.de pași	Da
	Timpul de expunere in intrevalul minim 0.001-10 sec	Da	Da	Da	Da

	Intervalul mAs minim 0.1mAs-500mAs	Nu corespunde (0.5 – 500 mAs)	Nu corespunde (0.5 – 630 mAs)	Da	Da
17.	Alimentarea de intrare – 380/480 VAC – 3 faze	Da	Da	Da	Da
	Sistem de autodiagnostică	Da	Da	Da	Da
	Tubul de raze X				
	Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 si 1.2	Da	Da	Nu corespunde (0.6 mm și 1.0 mm)	Da
	Voltajul anodic minim 150 kVp	Da	Da	Da	Da
	Tipul tubului Anod Rotativ	Da	Da	Da	Da
	Controlul razelor X a tubului montat	Da	Da	Da	Da
	Spot focal mic ≤ 40 kW	Nu este specificat	Da	Da	Da
	Spot focal mare ≥ 102 kW	Nu este specificat	Nu corespunde (63 kW)	Da	Da
	Capacitatea anodului de stocare a căldurii ≥ 400 KHU	Da	Da	Da	Da
	Colimator				
18.	Tip obligatoriu LED	Da	Da	Da	Da
	Puterea ≥ 160 lx	Da	Da	Da	Da
	Filtrul 2.0 mm aluminiu	Nu corespunde (1.0 mm Al)	Nu corespunde (2.7 mm Al)	Da	Da
	Suspensia tubului	Da	Da	Da	Da
	Control razelor x a tubului montat	Da	Da	Da	Da
	Statia de lucru si achizitie – 1 buc				
	Calculator Procesor minim I5 la 3,0 MHz	Da	Da	Da	Da
	Memorie RAM minim 8 GB	Da	Da	Da	Da
	HDD minim 500 GB HDD	Da	Da	Da	Da
	Sistem de operare minim Win 10 PRO	Da	Da	Da	Da
	Placa de retea Standartul RJ-45 minim 2 porturi	Da	Da	Da	Da
	Display tip LCD Multi-Touch	Da	Nu corespunde	Da	Da







	Rezoluția minim 1920x1080	Da	(LED) Da	Da	Da
	Diagonala ≥ 23 inch	Da	Da	Da	Da
19.	Soft de achizitie				
	Implimentarea unei baze de pacienti (nume, prenume, anul de nastere sex etc)	Da	Da	Da	Da
	Comunicarea cu date tip DICOM	Da	Da	Da	Da
	Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice denumirea protocoalelor de catre ofertant disponibile	Da	Da	Da	Da
	Posibilitatea de cautarea in baza de date dupa parametri ca ID, Nume, Prenume etc.	Da	Da	Da	Da
	Instrumente de prelucrare a imaginilor	Da	Da	Da	Da
	Posibilitate de modificare a protocoalelor de lucru	Da	Da	Da	Da
	Modul de iradiere/ Scanare	Da	Da	Da	Da
	Manual	Da	Da	Da	Da
	Automat	Da	Da	Da	Da
	Automatizare in prelucarea imaginii	Da	Da	Da	Da
	Posibilitatea de conectare				
	minim 1 Printere DICOM	Da	Da	Da	Da
	minim 2 Statii DICOM	Da	Da	Da	Da
	UPS Conform caracteristicilor electrice a calculatorului	Da	Da	Da	Da
20.	Accesorii:				
	DAP metru integrat inclus	Da	Da	Da	Da
	Curea elastică pentru compresia pacienților instabili	Da	Da	Da	Da
	Mînere pentru pacienți, prezente la masa	Da	Da	Da	Da
	Tablou electric	Da	Da	Da	Da
	Training de reprezentantul oficial și la necesitate și direct de la producător minim 3 zile	Da		Da	Da

12. În urma reevaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Sistem radiologic digital(cu bucki vertical)	SRL Imunotehnomed	B	1 628 894,00	1 628 894,00	1 954 672,80

13. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Mărcuță Vasile	Președintele GL	
2	Guțanu Nina	Secretar al GL	
3	Tulbure Victor	Membru al GL	
4	Tipa Saveliu	Membru al GL	
5	Zmeu Sergiu	Membru al GL	
6	Ciubotaru Lilia	Membru supliant al GL	
7	Cioară Tatiana	Membru al GL	
8	Ivanov Victor	Membru al GL	
9	Beschieru Olesea	Membru al GL	