

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1560341165422	Data: 17 iun 2019, 0:00 - 20 iun 2019, 0:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea Articole Parafarmaceutice. Instrumentar medical, (repetate)	Lot: 9-20	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
9	3360000 0-6	Masă de lucru chirurgicală portabilă	45810	Italia	Gima	Masă de lucru chirurgicală portabilă pentru instrumente	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO
12	3360000 0-6	Parapete	45580	Italia	Gima	Parapete (paravane) cu 3 secții	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO
16	3360000 0-6	Electro caps pentru adulti	CUEE52S	SeiEmg	Italia	Electro caps pentru adulti Capacele electrice au o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Ele sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrați, în formă de staniu pură, atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrodului. Dimensiunile min 56 max 60cm	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO
17	3360000 0-6	Electro caps pentru copii	CUEE44S	SeiEmg	Italia	Electro caps pentru copii Capacele electrice au o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Ele sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrați, în formă de staniu pură, atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrodului. Dimensiunile min 48 max 52 cm	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO
18	3360000 0-6	Electrozi pentru urehi	EARPLD1-10	SeiEmg	Italia	La comanda in decurs de 20 zile pe parursului 2019	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO
19	3360000 0-6	Electrozi pentru EEG de punte	CUPT20C	SeiEmg	Italia	Electrozi pentru EEG de punte construcție Ag/AgCl pentru casca EEG permite schimbarea tiftonului de contact cu scalpul si a inelului de cauciuc	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO
20	3360000 0-6	Cablu conectare electrozi de punte	CUCDP1-09	SeiEmg	Italia	Cablu conectare electrozi de punte L-100cm	conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**