

28 februarie 2022.

**Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica Arcadis Orbic 3D Gen2, in conformitate cu
instrucțiunea de menținere.**

NN	Denumirea lucrărilor	
1	Inspecția vizuală a tuturor componentelor	Da
2	Testarea aparatului pentru a afla cauza greselilor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor.	Da
3	Mentenata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea regimelor, franelor, schimbarea acumulatorilor	Da
4	Testarea funcțiilor de securitate : Securitatea mecanica - frine, butoane; securitatea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semnalizatoare de tensiune inalta.	Da
5	Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar	Da
6	Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumulatorilor	Da
7	Verificarea printerului	Da
8	Evaluarea rapoartelor : Error log	Da
9	Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate)	Da
10	Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fără piese de schimb	Da
11	Dezmembrare parti laterale ale instalatiei	Da
12	Curatare de praf componente interne	Da
13	Completare actelor si documentelor	Da
14	Prezența autorizației de la producător.	Da
15	Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	Da

Anexa № 2 la contractul
de deservirea tehnicii medicale

№ _____ or _____ 20__r.

Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica Arcadis Orbic 3D 2,in conformitate cu instructiunea de mentinere.

NN	Denumirea lucrărilor	Lunile anului (ciclul incepe cu data semnarii contractului)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Testarea aparatului pentru a afla cauza greselelor.Ajustarea,reparatia aparatului fara schimbarea pieselor.	●										
2	Testarea funcțiilor de securitate : deconectării tensiunii inalte in caz: a. cind expozitia durează mai mult timp decît maxima expozitie. b. Butonele de anulare a fost apasate. Testarea butoanelor la consola la Gantry	●										
3	Testarea cu Quality Assurance - Constansy test. Evaluarea calitatii imaginii.	●										
4	Completare actelor si documentelor											
5	Evaluarea rapoartelor : Error log	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fara piese de schimb											
	Suma Totala in LEI MD inclusiv TVA											

Executor:

Client:

Specificatia lucrariilor pentru deservirea tehnica a aparatului Mammomat 1000,Firma Siemens in conformitate cu instructiunea de mentinere

NN	Denumirea lucrărilor	Lunile anului (ciclul incepe cu data semnarii contractului)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Inspectarea vizuala a aparatului: Integritatea cablurilor de tensiune inalta si a elementelor de protectie contra radiatiei	●						●				
2	Curatirea dispozitivelor aparatului	●						●				
3	Generator. Evaluarea istoriei greselilor dispozitivului. Verificarea conectorilor si cablurilor de tensiune inalta. Testarea indicatorilor de radiatie. Testarea si ajustarea exponometrului. Testele de calificarea finala.	●						●				
4	Stendul. Ungerea mecanismelor. Verificarea sistemelor de securitate. Controlarea miscariiverticale si a rotatiei. Testarea fuctiilor de compresie si blocaj a expozitiei.	●						●				
5	Efectuarea expozitiilor de testare. Testarea coincidentei cimpului de lumina cu raza de roentghen. Testarea calitatii.	●						●				
6	Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pamintului interior (panoul distributiv electric)	●										
7	Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fara piese de schimb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	Suma in EURO cu TVA											
	In Total in EURO cu TVA											

Executor

Client

12
•
990,00
18640,00