

## Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1638970795362 din 21.12.2021</b>
Obiectul achiziției: <b>“Servicii de deservire a utilajului radiologic”</b>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Sistem de tomografie computerizată Aquilon Prime, Toshiba (Lot nr. 1)	Aquilon Prime	Japonia	<b>Canon Medical Systems</b>	Mentenanța, calibrare, testare Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și	Mentenanța, calibrare, testare Cerințe generale Toate activitățile se vor coordona cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate vor evita defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de companie. La finalul lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului	<b>CE, ISO</b>
Gamma cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso Medical Imaging Systems (Lot nr. 6)	Nucline X-Ring-4R	Ungaria	<b>Mediso Medical Imaging Systems</b>			<b>CE, ISO</b>
Sistem radiagnostic cu braț C ZEN-7000 (Lot nr. 7)	ZEN-7000	Coreea de Sud	<b>Genoray</b>			<b>CE, ISO</b>

				<p>concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p>	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)