

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1622547223706	Data: 02 iulie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală”	Pozitia Nr.: <u>1.1</u>	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
3319100-5	Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (poziția 1.1)	Steriflash ST200	Spania	Equipos de Reciclado Biológico (Comtem)	Specificații tehnice pentru Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală-Conceput pentru fărâmițarea și decontaminarea prin sterilizare/ autoclavarea cu aburi a deșeurilor de uz medical, plastic, seringi, instrumente etc., automatizat. Caracteristici generale Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente: -certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - -autorizație de furnizare pentru produsul respectiv. Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Perioada de garanție completă -minim 24 luni de la recepție, punerea în funcție și instruirea personalului. Se va anexa o declarație în acest sens.Amenajarea spațiului va fi efectuată de către operatorul economic desemnat drept câștigător. (conecțiuni la apă, canalizare, rețea electrică). Oferta va conține tot ce se poate oferi din partea operatorului economic în vederea instalării utilajului propus.Se va prezenta o declarație în acest sens. Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse	Specificații tehnice pentru Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală-Conceput pentru fărâmițarea și decontaminarea prin sterilizare/ autoclavarea cu aburi a deșeurilor de uz medical, plastic, seringi, instrumente etc., automatizat. Caracteristici generale Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente: -certificat de conformitate CE; - -autorizație de furnizare pentru produsul respectiv. Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Perioada de garanție completă -minim 24 luni de la recepție, punerea în funcție și instruirea personalului. Se va anexa o declarație în acest sens.Amenajarea spațiului va fi efectuată de către operatorul economic desemnat drept câștigător. (conecțiuni la apă, canalizare, rețea electrică). Oferta va conține tot ce se poate oferi din partea operatorului economic în vederea instalării utilajului propus.Se va prezenta o declarație în acest sens. Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse	CE, ISO

				în preț. Se va anexa o declarație în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens. Se va face dovada că există service pentru acest tip de aparat pe teritoriul RM, agreată de producător. Furnizorul va anexa o declarație în acest sens . Configurație-Static pe podea sau mobil. Numărul de cicluri mai mult sau egal cu 1 Timpul max pentru un ciclu pentru deșeuri cu densitate medie-până la 35 min, pentru deșeuri umede, lichide etc.-până la 50 min. Capacitatea- mai mult de 80 l Camera de fărîmîtare și decontaminare/sterilizare-din oțel inoxidabil. Capacitatea de încărcare- mai mult de 12 kg pe ciclu. Capacitatea de fărîmîtare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie- cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau lichide – cel puțin 20 kg/oră. Tip- „Shredder”, încorporat, cu mecanism automat de presare a deșeurilor către „Shredder”. Temperatura pentru decontaminare prin autoclavare –min 135grade C Timpul maxim pentru decontaminare/sterilizare- nu mai mult de 20 min. Încărcarea-automat Descărcarea- automata după ciclu, separată de cea de încărcare. Sistemă de dedurizare a apei . Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu COVID-19. Sistemă de răcire a blocului electric. Nu va fi necesară sistemă separată de ventilație Termoprinter integrat, cu transmiterea datelor pe USB. Alimentarea –electricitate Accesorii incluse: Șervețele de curățare- min 1 set Ochelari de protecție-min 1 set	în preț. Se va anexa o declarație în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens. Se va face dovada că există service pentru acest tip de aparat pe teritoriul RM, agreată de producător. Furnizorul va anexa o declarație în acest sens . Configurație-Static pe podea sau mobil. Numărul de cicluri mai mult sau egal cu 1 Timpul max pentru un ciclu pentru deșeuri cu densitate medie-până la 35 min, pentru deșeuri umede, lichide etc.-până la 50 min. Capacitatea de prelucrare: 200 litri Camera de fărîmîtare și decontaminare/sterilizare-din oțel inoxidabil. Capacitatea de încărcare- mai mult de 12 kg pe ciclu. Capacitatea de fărîmîtare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie- cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau lichide – cel puțin 20 kg/oră. Tip- „Shredder”, încorporat, cu mecanism automat de presare a deșeurilor către „Shredder”. Temperatura pentru decontaminare prin autoclavare – 135 grade C Timpul maxim pentru decontaminare/sterilizare- nu mai mult de 20 min. Încărcarea-automat Descărcarea- automata după ciclu, separată de cea de încărcare. Sistemă de dedurizare a apei . Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu COVID-19. Sistemă de răcire a blocului electric. Nu va fi necesară sistemă separată de ventilație Termoprinter integrat, cu transmiterea datelor pe USB. Alimentarea –electricitate Accesorii incluse: Șervețele de curățare- min 1 set Ochelari de protecție-min 1 set	
--	--	--	--	---	--	--

					Perie de curăat- min 1 set. Mănuși de protecție termică-min 1 set. Hîrtie pentru imprimantă-min 1 bucată. Ecrane de protecție- min 2 bucăți. Kit pentru mentenanță preventivă pentru 1000 cicluri- min 1 set.	Perie de curăat- min 1 set. Mănuși de protecție termică-min 1 set. Hîrtie pentru imprimantă-min 1 bucată. Ecrane de protecție- min 2 bucăți. Kit pentru mentenanță preventivă pentru 1000 cicluri- min 1 set.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)