

Mtender nr. ocds-b3wdp1-MD-1695909003700 din 11.12.2023 Cod CPV 33100000-1
Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024
Către: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

CERTIFICAT DE CORESPUNDERE A STANDARTELOR IEC118-0
pentru aparatele auditive prezentate la licitație

Specificarea tehnică
Măsurările au fost pe trecute conform IEC 60118-0 (ureche artificială)

Cerințele	Interton Move MV470-DW	Interton Move MV490-DW	Interton Move MV670-DW	Interton Move MV690-DW
Căștigul maximal , dB	66	86	66	86
Ieșirea maximal (OSPL90), dB	134	144	134	144
Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	100	100	100	100
Limita superioară a diapazonului frecvențial, Hz	6790	6120	6790	6120
Nivel de zgomot , dB	24	23	24	23
Coeficientul distorsiunelor armonice , %	0,9	4,7	0,9	4,7
	1,2	0,8	1,2	0,8
	1,0	0,8	1,0	0,8
Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	12	12	17	17
Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup FM	Prezent	Prezent	Prezent	Prezent
Anti-feedback	Prezent	Prezent	Prezent	Prezent
Sincronizarea și coordonare binaural	Prezent	Prezent	Prezent	Prezent
Metoda de programare	computerizată	computerizată	computerizată	computerizată

Nume: Casminin Serghei
În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Sirexton
Adresa: Moldova, Chisinau, bd. Traian 23/1 – 300
Data: 08 decembrie 2023