

SPECIFICȚIE TEHNICĂ COMPLETATĂ

Modelul: FB-18V;DM000459172; Producător: PENTAX Medical / HOYA Corporation; Țara: Japonia.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertantă de către autoritatea ofertantă
Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente $\geq 2,7$ mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.	Fibrobronhoscop -DA Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori DA Parametrul Specificația DA Sistem optic Unghiul câmpului de vedere - 120 grade pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE DA Înclinarea câmpului vizual 0 grade DA Adâncimea câmpului vizual 3- 50mm pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE DA Capul distal – 5.9 mm pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE - Rigid Distal Width DA Diametrul exterior - 6 mm pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE - Insertion Tube Width DA Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE DA Diametrul tubului introdus 6mm pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE - Insertion Tube Width DA Lungimea de lucru - 600 mm pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE DA Canalul de instrumente - 2,7 mm pag. 54 din Instructions for Use PENTAX BRONCHO FIBERSCOPE DA Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. inclus. DA Piesă bucală -2 unit. OF-Z5 DA Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. SHA- P6 DA "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" LH-150PC DA Pensă de biopsie- 20 unit singura utilizare conform necesităților utilizatorului (lungime, tip cap de biopsie)