

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21229269 din 31.05.2024**Obiectul de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru a.2024**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 13						
Lotul-13. Robinet tridirecțional steril	CHW002	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Robinet tridirecțional steril, rezistenți la presiune > 4 bari, steril, fără latex.	3-way stopcock CHIRAWAY Lipid resistant rezistenți la presiune - 5.5 bari, steril REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306594	CE
Total lot 13						
Lotul 14						
Lotul-14. Filtru bactericid respirator	43.009.05.096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid respirator	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Stil ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Retenție de particule 99.999 % Stil ISO (capătul mașinii) Mascul/Femeie Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655207	CE
Total lot 14						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23