

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21472635/ ocde-b3wdp1-MD-1757060123839					Data: 10.09.2025	Alternativa nr.:-
Denumirea licitației:			Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare, IMSP Institutul de Cardiologie						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	1	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare	sistem de delivrare CPS 3D, Models DS2C029 si electrod Tendril, Pacing Lead	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Sisitem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (zona hisiana și LBBA), sa fie constituit din cateter de ghidare cu diametru intern – între 5-8F, diametru extern între 6-9F, lungimea- 30-45 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038. In set cu electrod endoardial „lumenless,, cu lungimea 55-75 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana	Sisitem de delivrare cateterului in sistemul de conducere, constituit din cateter de ghidare cu diametru intern – între 5-8F, diametru extern între 6-9F, lungimea- 30-45 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038. In set cu electrod endoardial cu lungimea 55-75 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana.	CE, DC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceacovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: SRL GBG-MLD; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;