

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Centrul Medicilor de Familie Bălți.

Numărul achiziției comerciale: 21071214, ocds-b3wdp1-MD-1673007239275							Data: 23.01.2023	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
5	33100000-1	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic)	Control blood that allows verifying the accuracy and precision of methods that measure the erythrocyte sedimentation rate.	Franța	Eurocell	Set - Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic), set 2fl x 9ml. Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 zile.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**
În calitate de: **Director**
Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**
Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 23.01.2023
Valabilitatea ofertei - 60 zile.