

Specificații de preț (F 4.2)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1552376601752, 21006108		
Denumirea procedurii de achizitie:	Achiziționare centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019	LOT 33	

Perioada depunerii ofertei:

22 martie 2019 - 17 aprilie 2019, 11:00

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	U.M.	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasif. Buget.
33 Instrumente chirurgicale pentru traumatologie									
33.1	Clește(taetor)p/u brose	Bucată	30	1.500,00	1.800,00	45.000,00	54.000,00	30 zile	
33.2	Clește(taetor) p/u fise Schanz	Bucată	3	3.630,00	4.356,00	10.890,00	13.068,00	30 zile	
33.3	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatori	Bucată	10	31.500,00	37.800,00	315.000,00	378.000,00	30 zile	
33.4	Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si sub unghi	Bucată	6	1.175,00	1.410,00	7.050,00	8.460,00	30 zile	
33.5	Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu	Bucată	6	540,00	648,00	3.240,00	3.888,00	30 zile	
33.6	Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu	Bucată	6	550,00	660,00	3.300,00	3.960,00	30 zile	
33.7	Pensă de reducere dințată (maleolare)	Bucată	12	550,00	660,00	6.600,00	7.920,00	30 zile	
33.8	Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,0mm	Bucată	20	80,00	96,00	1.600,00	1.920,00	30 zile	
33.9	Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm	Bucată	50	80,00	96,00	4.000,00	4.800,00	30 zile	
33.10	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm	Bucată	50	95,00	114,00	4.750,00	5.700,00	30 zile	
33.11	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm canulat	Bucată	40	345,00	414,00	13.800,00	16.560,00	30 zile	
33.12	Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm	Bucată	30	115,00	138,00	3.450,00	4.140,00	30 zile	
33.13	Burghiu canulat l-300mm la diam. 4,5mm.	Bucată	20	345,00	414,00	6.900,00	8.280,00	30 zile	
33.14	Burghiu canulat l-300mm la diam. 3,5mm.	Bucată	20	345,00	414,00	6.900,00	8.280,00	30 zile	
33.15	Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm.	Bucată	20	425,00	510,00	8.500,00	10.200,00	30 zile	
33.16	Clește cu falci plate	Bucată	10	625,00	750,00	6.250,00	7.500,00	30 zile	

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	U.M.	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasif. Buget.
33.17	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	Bucată	40	250,00	300,00	10.000,00	12.000,00	30 zile	
33.18	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	Bucată	40	250,00	300,00	10.000,00	12.000,00	30 zile	
33.19	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5 mm	Bucată	6	450,00	540,00	2.700,00	3.240,00	30 zile	
33.20	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	Bucată	10	450,00	540,00	4.500,00	5.400,00	30 zile	
33.21	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	Bucată	10	345,00	414,00	3.450,00	4.140,00	30 zile	
33.22	Ghid p/u burghiu 4,3mm (placi blocate)	Bucată	10	345,00	414,00	3.450,00	4.140,00	30 zile	
33.23	Ghid p/u burghiu 2,0mm (placi blocate)	Bucată	10	345,00	414,00	3.450,00	4.140,00	30 zile	
33.24	Extractor de șuruburi deteriorate	Bucată	10	345,00	414,00	3.450,00	4.140,00	30 zile	
Total						488.230,00	585.876,00		

Termenul de valabilitate a ofertei: 120 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2

Specificații tehnice (F 4.1)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1552376601752, 21006108	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționare centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019	LOT 33

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie						

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.1	Cleste(tacto r)p/u brose	SCI-BDWI:20	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Produs-cator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.2	Cleste(taector) p/u fise Schanz	SCI-BDWI:30	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.3	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatori	BJ 1103B	China	BOJIN	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Mașină medicală de găurit oase și introdus broșe, autoclavabilă la 134°C, în set cu 2 acumulatori, dispozitiv de încărcare și container pentru sterilizare. - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; -Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.4	Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si sub unghi	SCI-BHI:17 ...19	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.5	Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu	SCI-BHI:..	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.6	Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu	SCI-BHI:..	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.7	Pensă de reducere dințată (maleolare)	SCI-BHI:6	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.8	Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,0mm	SCI-D-20	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.9	Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,5mm	SCI-D-25	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.10	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm	SCI-D-32	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Produs-cator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.11	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm canulat	SCI-K&D	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să aibă rezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să aibă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.12	Burghiu I-200-250mm., la diametru 4,5mm	SCI-D-45	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.13	Burghiu canulat 1-300mm la diam. 4,5mm.	SCI-K&D	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.14	Burghiu canulat l-300mm la diam. 3,5mm.	SCI-K&D	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.15	Burghiu canulat 1-300mm la diam. 2,5mm.	SCI-K&D	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Produs-cator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.16	Cleste cu falci plate	SCI-BDWI:17	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.17	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	SCI-LCI	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.18	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	SCI-LCI	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.19	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5 mm	SCI-LCI:5	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.20	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	SCI-LCI:5	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.21	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	SCI-BI:45-46	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.22	Ghid p/u burghiu 4,3mm (placi blocate)	SCI-BI:45-46	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.23	Ghid p/u burghiu 2,0mm (placi blocate)	SCI-BI:45-46	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
33.24	Extractor de șuruburi deteriorate	SCI-BI:41...43	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): : - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite . - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.-	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante; - Suprafața instrumentelor mată; - Informație înscrisă pe instrumente: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine, - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele confecționate din oțel inox, a componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%, - Prezentarea catalogului producătorului la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite , - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu oferta). - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. -Prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE

Termenul de valabilitate a ofertei: 120 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2