

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766415839703								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	33100000-1	Lampă germicidă (variante staționară 20m) 130150	XGYT8-UVC-30W	China	Haining Xin Guang Yuan Lighting Co., Ltd.	Lampă germicidă (variante staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicidă (variante staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. da Alimentare 220V, 50Hz da Montabila pe tavan sau perete obligatoriu da Lampa cu tub inclus cu 1 tub 30W, area de dezinfectare 35 m² Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere minim 180 grade da Timpul de funcționare a lămpilor 9000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu da	Declaratia de conformitate
7	33100000-1	Negatoscop un cadru cu LED 210720	U0051	Turcia	IHC	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop un cadru cu LED da Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice da Parametru Specificație Nr. de cadre 2 buc Sursa de lumină LED da Reglare luminozitate obligatoriu da Fixarea filmelor obligatoriu da Fixare masă/perete da Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz da	CE DM000553631
8	33100000-1	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	U0051	Turcia	IHC	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop doua cadruri cu LED da Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice da Parametru Specificație Nr. de cadre 2 buc Sursa de lumină LED da Reglare luminozitate obligatoriu da Fixarea filmelor obligatoriu da Fixare masă/perete da Ecran anti-glare obligatoriu da Alimentare 220V, 50Hz da	CE DM000553631

10	33100000-1	Higrometru/ Psihrometru 0-25C Cod 260630	Higrometru 0-25C	Ucraina	Steclopribor	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric - toluen da Rezoluție 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) da Carcasa Plastic da Scară de temperatură da (Celsius) da Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C da Umiditatea 40...90 % da Cu testare metrologică la momentul livrării bunului.	Declaratia de conformitate
11	33100000-1	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Higrometru 15-40C	Ucraina	Steclopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere da Lichid termometric toluen da Rezoluție 0.2 C da Fixare pe perete obligatoriu da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) da Carcasa Plastic da Scară de temperatură da (Celsius) da Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C da Umiditatea 40...90 % da Cu testare metrologică la momentul livrării bunului.	Declaratia de conformitate
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								