

Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1653052276101 din 07.06.2022 | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|---------------------|-----------------|---------------|--|---|--|
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 3) | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3310000-1 | 6 | Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml | Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml | 8.00.18.3.1000 | Jordan | Atlas Medical | Setul cu teste RPR care va conține în set 2 x flacoane de 10 ml/ 2x5 ml cu suspensie antigenica de RPR Carbon antigen (flaconul va fi din sticlă). Setul va mai conține teste de control : 1. 1fl x 2 ml cu control RPR pozitiv. 2. 1fl x 2 ml cu control RPR negativ Sensibilitate ≥ 98%. Specificitate ≥ 86% Sifilis primar>97% Sifilis secundar | Setul cu teste RPR care va conține în set 2 flacoane de x 10 ml = 1000 teste, cu suspensie antigenica de RPR Carbon antigen (flaconul va fi din sticlă). Setul va mai conține teste de control : 1.1fl x 2 ml cu control RPR pozitiv. 2.1fl x 2 ml cu control RPR negativ. Sensibilitate ≥ 100%. Specificitate ≥ 100% Instrucțiunea se anexează. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9