

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1590582694192				Data: „29” mai 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Clipuri microchirurgicale cerebrale Institutul Neurologie și Neurochirurgie				Lot: 1		Pagina: _1_din _2_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1.1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-740T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiției -unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiției -unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.2	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-760T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Drepte, lungimea brașelor - maxim 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Drepte, lungimea brașelor - maxim 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.3	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-792T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Drepte, lungimea brașelor - maxim 17,5 mm; deschiderea brașelor minim 10,6 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Drepte, lungimea brașelor - maxim 17,5 mm; deschiderea brașelor minim 10,6 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.4	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-762T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Ușor curbate, lungimea brașelor – maxim 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Ușor curbate, lungimea brașelor – maxim 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.5	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-782T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Ușor curbate, lungimea brașelor – maxim 13,7 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Ușor curbate, lungimea brașelor – maxim 13,7 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.6	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-786T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Ușor curbate, lungimea brașelor – maxim 15,3 mm; deschiderea brașelor minim 9,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Ușor curbate, lungimea brașelor – maxim 15,3 mm; deschiderea brașelor minim 9,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.7	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-758T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.8	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-820T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Angulare 90 grade, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Angulare 90 grade, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO

33100000-1	1.9	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-761T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Angulare, lungimea brașelor - 11,4 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	Angulare, lungimea brașelor - 11,4 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.10	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-644T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 5/6,5mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 5/6,5mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.11	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	06-05-654T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 7,5/6,7mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 7,5/6,7mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.12	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	06-05-220T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0mm; deschiderea brașelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0mm; deschiderea brașelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.13	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	06-05-210T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Drepte, lungimea brașelor - maxim 5,0mm; deschiderea brașelor minim 4,0mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Drepte, lungimea brașelor - maxim 5,0mm; deschiderea brașelor minim 4,0mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.14	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	06-05-720T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0mm; deschiderea brașelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0mm; deschiderea brașelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.15	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	06-05-716T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Angulare, lungimea brașelor - maxim 5,0mm; deschiderea brașelor minim 3,5mm; forța de închidere 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Angulare, lungimea brașelor - maxim 5,0mm; deschiderea brașelor minim 3,5mm; forța de închidere 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.16	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	06-05-717T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Curbate, lungimea brașelor - maxim 6,3mm; deschiderea brașelor minim 6,0mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Curbate, lungimea brașelor - maxim 6,3mm; deschiderea brașelor minim 6,0mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.17	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	06-05-728T	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	CE, ISO
33100000-1	1.18	Clip aplicator	06-05-412TB/ 06-05-402TB	Germania	REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH	Clip aplicator tip baioneta pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.	Clip aplicator tip baioneta pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

