

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208519819 din 05.04.2022						
Obiectul de achiziției: Dispozitive și consumabile parafarmaceutice (glucometer, teste, indicatoare) pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Accesorii pentru măsurarea glicemiei						
Glucometre + dispozitiv de înțepare	"On Call Plus" G113-214+G124-11A	SUA	ACON	Coresponderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013 Codificare automată; Picătura cât mai mică - volumul picăturii de sânge mic; Durata de testare redusă; Calibrare cu valorile din plasma sângelui; Dispozitiv de înțepare cu utilizare de ace glicemice/lancete.	Glucometre + dispozitiv de înțepare On Call Plus. Corespunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2015 Codificare automată; Picătura de sânge - 0,5 µl; Durata de testare redusă- 10 secunde; Calibrare cu valorile din plasma sângelui; Dispozitiv de înțepare cu utilizare de ace glicemice/lancete. Broșura se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Lancete/ace glicemice	"On Call Plus" G124-10A	SUA	ACON	Coresponderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu dispozitivele de înțepare oferate.	Coresponderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2015 Compatibile cu dispozitivele de înțepare On Call Plus oferate. Broșura se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Stripuri/teste de control pentru glicemie	"On Call Plus" G133-111+G123-311	SUA	ACON	Coresponderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu glucometrul oferate.	Coresponderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2015 Compatibile cu glucometrul On Call Plus oferat. Broșura se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot.2.Indicatoare 180°C, 60 minute, extern	Marker	Federația Rusă	Marker	180° extern Test indicator , controlul sterilizării cu vapori în set cu registre speciale în cutie minim 500 buc *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	180° extern Test indicator , controlul sterilizării cu vapori în set cu registre speciale în cutie 1000 buc *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Declarația de Conformitate de la producător; Certificat de calitate
Lot.3. Bifidum bulion	M1395	India	HiMedia	Certificat CE – copie, semnată electronic de către ofertant.	Certificat CE – copie, semnată electronic de către ofertant. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9