

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692625336450 din 21.08.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice și controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET s.1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Hidrogen H ₂ - 1,50 %, restul azot N ₂	1.1 Hidrogen H ₂ - 1,50 %, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>TY6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3913-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	<u>TY6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3913-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	
1.2 Hidrogen H ₂ - 2,85 %, restul azot N ₂	1.2 Hidrogen H ₂ - 2,85 %, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>TY6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat	<u>TY6-16-2956-92</u> Materiale de	

				(№ ГСО) * - 3917-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	referință stat (№ ГСО) * - 3917-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	
1.3 Hidrogen H ₂ - 90,5 %, restul azot N ₂	1.3 Hidrogen H ₂ - 90,5 %, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3940-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3940-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	
1.4 Hidrogen H ₂ - 95,25 %, restul azot N ₂	1.4 Hidrogen H ₂ - 95,25 %, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3941-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3941-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	
1.5 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul azot N ₂	1.5 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3716-87 Se utilizează la analizoare de gaze МАК-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3716-87 Se utilizează la analizoare de gaze	

				poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	
1.6 Oxigen O ₂ - 4,5%, restul azot N ₂	1.6 Oxigen O ₂ - 4,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3722-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3722-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	
1.7 Oxigen O ₂ - 9,5%, restul azot N ₂	1.7 Oxigen O ₂ - 9,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3728-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3728-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	
1.8 Hidrogen H ₂ - 1,0%, restul oxigen O ₂	1.8 Hidrogen H ₂ - 1,0%, restul oxigen O ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4273-87 Se utilizează la analizoare de gaze	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4273-	

				ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	
1.9 Hidrogen H ₂ - 1,9%, restul oxigen O ₂	1.9 Hidrogen H ₂ - 1,9%, restul oxigen O ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ГТХ-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4272-87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	<u>ГТХ-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4272- 87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	
1.10 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul hidrogen H ₂	1.10 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul hidrogen H ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ГТХ-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4275-87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	<u>ГТХ-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4275- 87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	
1.11 Oxigen O ₂ - 0,9%, restul hidrogen H ₂	1.11 Oxigen O ₂ - 0,9%, restul hidrogen H ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ГТХ-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-87 Se utilizează la analizoare de gaze	<u>ГТХ-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-	

				ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	
1.12 Metan CH ₄ - 0,7 %, în aer	1.12 Metan CH ₄ - 0,7 %, în aer	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3905-87 Se utilizează la semnalizoare scurgere de gaze (metan) ГПП sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3905- 87 Se utilizează la semnalizoare scurgere de gaze (metan) ГПП sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.	
1.13 Aer poz. О ТУ.6- 21-5-82	1.13 Aer poz. О ТУ.6- 21-5-82	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3726-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ «Conțin. H ₂ în aer în ІЕ»	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3726- 87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ «Conțin. H ₂ în aer în ІЕ»	
1.14 Hidrogen H ₂ - 97,5%, restul azot N ₂	1.14 Hidrogen H ₂ - 97,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3942-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3942- 87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек -	

					Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.15 Hidrogen H ₂ - 95%, restul azot N ₂	1.15 Hidrogen H ₂ - 95%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3940-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3940- 87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.16 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul hidrogen H ₂	1.16 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul hidrogen H ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274- 88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.17 Oxigen O ₂ - 0,1%, restul hidrogen H ₂	1.17 Oxigen O ₂ - 0,1%, restul hidrogen H ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274- 88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.18 Hidrogen H ₂ - 0,5%, restul azot N ₂	1.18 Hidrogen H ₂ - 0,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de	

				(№ ГСО) * - 3943-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	referință stat (№ ГСО) * - 3943-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.19 Hidrogen H ₂ - 2,5%, restul azot N ₂	1.19 Hidrogen H ₂ - 2,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3922-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3922-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.20 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul azot N ₂	1.20 Oxigen O ₂ - 0,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3715-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3715-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
1.21 Oxigen O ₂ - 2,5%, restul azot N ₂	1.21 Oxigen O ₂ - 2,5%, restul azot N ₂	Ucraina	ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4284-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	<u>ТУ6-16-2956-92</u> Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4284-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек -	

					Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Rischitor Victor** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Mixoff Trade SRL** Adresa: **str. Florilor 28/2**