

ГАЛОУНАЕ УПРАУЛЕННЕ
ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНСКАГА АБЛАСНОГА
ВЫКАНАўЧАГА КАМІТЭТА



**УСТАНОВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«КЛІНІЧНЫ
РАДЗІЛЬНЫ ДОМ
МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ»**

вул. Францыска Скарыны, 16, 220114, г. Мінск,
р/с BY32AKBB36040000000715600000
в ОАО «АСБ Беларусбанк» ВІС АКВВВY21614
Тэл. 269 72 03, факс 267 01 73

e-mail: rdmo@inbox.ru

06.07.2018 № 1/1-11/977

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

**УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КЛИНИЧЕСКИЙ
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Франциска Скорины, 16, 220114, г. Минск
р/с BY32AKBB36040000000715600000
в ОАО «АСБ Беларусбанк» ВІС АКВВВY21614
Тэл. 269 72 03, факс 267 01 73

e-mail: rdmo@inbox.ru

На № _____ ад _____

РУП «Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении»

Директору ОДО «ТахатАкси»

Отзыв о работе оборудования

Администрация учреждения здравоохранения «Клинический родильный дом Минской области» информирует, что в наше учреждение в 2008 – 2009 годы были поставлены аппараты подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «АМПИР-01» в количестве 8 шт.

Процесс подогрева инфузионных растворов и поддержания оптимальной температуры жидкости, вливаемой пациенту, является важнейшей составной частью профилактики гипотермии в нашем лечебном учреждении.

Для проведения повседневной и интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии мы используем аппарат подогрева крови и инфузионных растворов «АМПИР-01».

Микропроцессорная система обеспечивает высокую точность управления и поддержания необходимой температуры. Быстрый нагрев (2-5 мин.), непрерывная работа 24 часа в сутки, многоуровневая защита обеспечения безопасности, а также возможность использования одновременно нескольких инфузионных систем являются отличительными преимуществами данного аппарата.

«АМПИР-01» легко монтируется на обыкновенную стойку для инфузии, прост в эксплуатации и обслуживании, эффективен на практике. За время эксплуатации неисправностей выявлено не было.

Исходя из опыта работы с данным прибором, рекомендуем его к перерегистрации и дальнейшему использованию в медицинской практике.

И.о. главного врача



Т.К.Басалай

Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама Рэспублікі Беларусь



Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома Республики Беларусь

Установа аховы здароўя
МІНСКІ ГАРАДСКІ
КЛІНІЧНЫ АНКАЛАГІЧНЫ
ДЫСПАНСЭР
(МГКАД)

Учреждение здравоохранения
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР
(МГКОД)

пр-т Незалежнасці, 64, 220013, г. Мінск,

Тел./факс/ 331-61-97, 292-21-66

Е-mail: mgkod@mail.ru

Интернет: www.mgkod.by.ru

Р.с. №BY28AKBB36040359700195500000 в філіяле 529

Белсвязь ААТ Беларусбанк, БИК АКВВВУ21529

УНН 100854061

АКНА 376 002 14

пр-т Независимости, 64, 220013, г. Минск

Тел./факс/ 331-61-97, 292-21-66

Е-mail: mgkod@mail.ru

Интернет: www.mgkod.by.ru

Р.с. №BY28AKBB36040359700195500000 в филиале

529 Белсвязь ОАО Беларусбанк, БИК АКВВВУ21529

УНН 100854061

ОКПО 376 002 14

09.07.2018г.

№ 12-05 / 1340

На № _____

от _____

Директору ОДО «ТахатАкси»
Шмыку С.Д.

Отзыв о работе оборудования

Администрация учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер» информирует, что в наше учреждение в 2008 г. были поставлены аппараты подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «АМПИР-01» в количестве 8 шт.

Аппарат подогрева крови и инфузионных растворов «АМПИР-01» мы используем для проведения повседневной и интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии.

Отличительными преимуществами данного аппарата являются: быстрый нагрев (2-5 мин.), непрерывная работа 24 часа в сутки, многоуровневая защита обеспечения безопасности, а также возможность использования одновременно нескольких инфузионных систем. Микропроцессорная система оборудования обеспечивает точность управления и поддержания необходимой температуры. «АМПИР-01» легко монтируется на обыкновенную стойку для инфузии, прост в эксплуатации и обслуживании.

Исходя из опыта работы с данным прибором, рекомендуем его к перерегистрации и дальнейшему использованию в медицинской практике.

Главный врач

В.С.Караник

Пермяков 290-78-36