

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1628088765819	Data: 15.09.2021
Denumirea licitației Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022	Lot: 44,45,50,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,82,83,84,87 Pagina: _1_din 7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	20-042-01	Turcia	Zenmed	material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm	material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm	ISO CE
	45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	20-042-01	Turcia	Zenmed	material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm *	material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm *	ISO CE
	50	Halat chirurgical steril L	30.001.03	Turcia	Zenmed	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. -Lungime 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795	ISO CE

Specificații tehnice (F4.1)

51	Halat chirurgical steril M	30.001.02	Turcia	Zenmed	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795.p.73 din catalog.	ISO CE
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	30.002.03	Turcia	Zenmed	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.*	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 p.73 din catalog.	ISO CE
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	30.002.02	Turcia	Zenmed	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 p.73 din catalog	ISO CE

Specificații tehnice (F4.1)

54	Halat chirurgical steril ranforsat S	30.002.01	Turcia	Zenmed	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 117 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 p.73 din catalog	ISO CE
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	30.002.04	Turcia	Zenmed	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 140cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 p.73 din catalog	ISO CE
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	30.002.05	Turcia	Zenmed	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 150 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 p.73 din catalog	ISO CE

Specificații tehnice (F4.1)

57	Halat chirurgical steril S	30.001.01	Turcia	Zenmed	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 117 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 p.73 din catalog	ISO CE
58	Halat chirurgical steril XL	30.001.04	Turcia	Zenmed	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 140 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795.	ISO CE
59	Halat chirurgical steril XXL	30.001.05	Turcia	Zenmed	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 150 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795	ISO CE
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	10-001-01	Turcia	Zenmed	Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de	Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40*40 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm	ISO CE

Specificații tehnice (F4.1)

					<p>incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc</p>	<p>(+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 - 1 buc</p>
83	Set chirurgical standard steril	10-056-01	Turcia	Zenmed	<p>Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie,</p>	<p>Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm- 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame 40*40 cm - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata</p>

Specificații tehnice (F4.1)

					<p>impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc</p>	<p>suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 - 1 buc</p>	ISO CE
84	Set de nastere steril	10-016-01	Turcia	Zenmed	<p>1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.masă chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc</p>	<p>1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm .4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.masă chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc</p>	ISO CE

Specificații tehnice (F4.1)

87	Set pentru cezariana	10.018.01	Turcia	Zenmed	<p>I. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cerșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cerșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cerșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.</p>	<p>I. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cerșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cerșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cerșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.</p>	ISO CE
----	----------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	-----------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6