



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractanta – in coloanele 1, 5]

Numarul licitatiei: LP nr. 21080839	Data: "03" Iulie 2023
Denumirea licitatiei: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare si Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare	

Nr. Lot / Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de operatorul economic
1	2	3	4	5	6
Lot 10					
Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	Starled3 NX + Starled3 NX Nr. inregistrare AMDM: DM000500277	Italia	ACEM SpA	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)– DA (brosura "STARLED3NX") Numărul de sateliți – 2 (brosura "STARLED3NX") Temperatura culorii - 4,500 (brosura "STARLED3NX" pag.5) Reglarea intensității luminei– DA, trepte (brosura "STARLED3NX" pag.5)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 130 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 100 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Creșterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Indexul de culoare – 98 (brosura “STARLED3NX” pag.5) Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 13-36 cm, (“Declaratie diametru camp luminos”) Adâncimea ≥ 80 cm – DA (brosura “STARLED3NX” pag.5) Distanța de lucru - 70-150 cm (brosura “STARLED3NX” pag.5) Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 - 130 000 lux, satelitul nr.2 - 130 000 lux (brosura “STARLED3NX” pag.5) Rotația 270 grade – DA (brosura “STARLED3NX” pag.5) Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 – DA (brosura “STARLED3NX” pag.5) Creșterea temperaturii în câmpul operator <1° C – DA, (“Declaratie temperatura culorii”) Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz – DA (brosura “STARLED3NX” pag.5) Durata medie de viață a LED-urilor - 60000 h (brosura “STARLED3NX” pag.5) Mînere detașabile sterilizabile – DA, autoclavabile (brosura “STARLED3NX”) Panou de control integrat în lampa principal – DA, sync. (brosura “STARLED3NX”) Înălțimea podului 3-4 m– DA (brosura “STARLED3NX”)
Lot 11					
Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Starled3 NX + Starled3 NX + TW	Italia	ACEM SpA	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Nr. inregistrare AMDM: DM000500277			Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 130 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	Numărul de sateliți 2 – DA (broșura “STARLED3NX”) Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglabilă – DA, de la 3700 la 4700 K, cod TW (broșura “STARLED3NX” pag.5) Reglarea intensității luminii – DA (broșura “STARLED3NX” pag.5) Indexul de culoare – 98 (broșura “STARLED3NX” pag.5) Dimensiunea câmpului, cm Focusabil - DA (broșura “STARLED3NX” pag.3) Diametrul 13-36 cm (“Declaratie diametru camp luminos”) Adâncimea ≥ 80 cm – DA (broșura “STARLED3NX”) Distanța de lucru 0.7-1.5 m - DA (broșura “STARLED3NX” pag.5) Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 - 160 000 lux, optiune inclusa satelitul nr.2 - 130 000 lux (broșura “STARLED3NX” pag.5) Rotația 270 grade – DA (broșura “STARLED3NX” pag.5) Ajustare pe verticală, cm ≥80 – DA Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C – DA (Declaratie temperatura culorii) Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz – DA (broșura “STARLED3NX” pag.5) Durata medie de viață a LED-urilor - 60000 h (broșura “STARLED3NX” pag.5) Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate – DA Mînere detașabile sterilizabile – DA (broșura “STARLED3NX” pag.3) Panou de control integrat în lampa principală – DA
--	--	--	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video – DA Înălțimea podului 3-4 m – DA
Lot 28					
Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	SU-03 Nr. inregistrare AMDM: DM000500272	Polonia	Famed	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Cod 140130 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzatoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendelemburg ≥ 25 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operatii oferă o suprafață corespunzatoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei: Lungimea – 2100 mm (“SU-03 Brosura”, pag.5) Lățimea - 550 mm (“SU-03 Brosura”, pag.5) Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 680 – 1080 mm (“SU-03 Brosura”, pag.8) Deplasarea longitudinală - 34 cm (“SU-03 Brosura”, pag.8) Trendelemburg - 40 grade (“SU-03 Brosura”, pag.8) Inversarea trendelemburgului - 40 grade (“SU-03 Brosura”, pag.8) Secțiile mesei ≥ 6 secții – DA (“SU-03 Brosura”, pag.5) Înclinarea: Laterală - 30 grade (“SU-03 Brosura”, pag.8) Secția din spate de la - 40 la +85 grade (“SU-03 Brosura”, pag.8) Secția de la talpa/picior de la - 90 la + 45 grade (“SU-03 Brosura”, pag.8) Detașabilă – DA (“SU-03 Brosura”, pag.4-5) Divizată – DA (“SU-03 Brosura”, pag.4-5) Secția cap de la - 50 la + 55 (“SU-03 Brosura”, pag.8) Greutatea pacientului - 350 kg (“SU-03 Brosura”, pag.8)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomndă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei – DA Radiotransparență – DA (“SU-03 Brosura”, pag.4, 2) Accesibilitatea brațului C – DA (“SU-03 Brosura”, pag.4) Mărimea casetelor minim 35x43 cm – DA Atașarea de bază mobilă – DA (“SU-03 Brosura”, pag.5) Rotile – DA (“SU-03 Brosura”, pag.5) Sistem de frinare a bazei tip mecanic – DA (“SU-03 Brosura”, pag.6) Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda – DA (“SU-03 Brosura”, pag.7) Alimentarea 220 V, 50 Hz – DA (“SU-03 Brosura”, pag.2) Telecomndă – DA (“SU-03 Brosura”, pag.6) Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă – DA (“SU-03 Brosura”, pag.6) Accesorii suport cot 2 unit. – DA suport umăr 2 unit. – DA suport picioare 2 unit. – DA suport torace 2 unit. – DA suport mână (decubit lateral) 1 unit. – DA stand pentru perfuzie 1 unit. – DA curea pentru fixarea corpului 1 unit. – DA suport pentru ecran de anestezie 1 unit. – DA
Lot 75					
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarul	AWD 655-8L with Drying system	Italia	AT-OS S.r.l.	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

ui chirurgical, 150L	Nr. inregistrare AMDM: DM000376774		instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților da Volumul camerei ≥ 150 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da Pompa de apă, internă da Pompa de aer, internă da Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ da Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului da Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor da Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil da Iluminare internă a camerei da Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color da Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție da Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da	Domeniul de utilizare: instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil – DA Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților – DA Volumul camerei - 165 L (pdf “Lot 75”, pag. 15) Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 – DA (pdf “AT-OS”, pagina marcata cu cifra 9) Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L – DA Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent – DA Pompa de apă, internă – DA Pompa de aer, internă – DA Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ – DA (pdf “AT-OS”, pagina marcata cu 12) Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului – DA (pdf “AT-OS”, pagina marcata cu 12) Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor – DA (pdf “Lot 75”, pag. 10) Numărul de uși 1 unitate – DA (pdf “Lot 75”, pag. 7, imagine) Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9) Iluminare internă a camerei – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9) Programe de dezinfecție implicite Min. 10 – DA (pdf “AT-OS”, paginile marcate cu 12, 13) Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 – DA (pdf “AT-OS”, paginile marcate cu 12, 13) Ecran LCD, color – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9)
-------------------------	--	--	---	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Imprimantă termică, integrată da Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului da Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului da Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă da Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor da Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cît și acțiunilor de remediere da Alarma de finalizare a ciclului da Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri	Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9) Limbajul interfeței și meniului română / rusă – DA (pdf “AT-OS”, pagina numerotată cu cifra 2) Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție – DA (pdf “AT-OS” pagina marcată cu 8, imagine) Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului – DA Imprimantă termică, integrată – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9) Temperatura de uscare ≥ 125 grade– DA (pdf “AT-OS”, pagina numerotată cu 12) Filtrarea aerului HEPA filtru – DA (pdf “Lot 75”, pag. 18) Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului – DA (pdf “Lot 75”, pag. 18) Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului – DA (pdf “AT-OS” pagina marcată cu 9) Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități – DA (pdf “AT-OS”, pagina 1 in imagine) Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă – DA (pdf “AT-OS” pagina numerotată cu 10) , 2 senzori PT-1000 Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor – DA, (pdf “AT-OS” pagina marcată cu 9) Alarmer sonore și vizuale – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9) Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cît și acțiunilor de remediere – DA (pdf “Lot 75”, pag. 9) Alarma de finalizare a ciclului – DA (pdf “AT-OS” pagina marcată cu 8)
--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz– DA, standard (pdf “AT-OS” pagina marcata cu 10) Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei– DA, model FFosmosAN-5Level+20G Steel tank +DF20Bbmonobig+ME-Mixed-20BB Suport pentru mașina de spălat 1 buc. – DA Rafturi de încărcare 2 buc. – DA Coșuri pentru instrumente min. 5– DA Hîrtie imprimantă 30 buc. – DA Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri – DA Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri – DA
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Razvan Carstocea In calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piata Dimitrie Cantemir 1, mun. Chisinau



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul licitatiei: LP nr. 21080839	Data: "03" Iulie 2023
Denumirea licitatiei: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare si Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot / pozitie	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Valoarea estimativa
33100000-1	10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii)	Buc.	2	148.500,00	178.200,00	297.000,00	356.400,00	Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	300.000,00
33100000-1	11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Buc.	1	159.500,00	191.400,00	159.500,00	191.400,00		165.000,00
33100000-1	28	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Buc.	2	307.350,00	368.820,00	614.700,00	737.640,00		472.888,00
33100000-1	75	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical	Buc.	1	349.000,00	418.800,00	349.000,00	418.800,00		400.000,00
		TOTAL					1.420.200,00	1.704.240,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Razvan Carstocea In calitate de: Administrator
Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piata Dimitrie Cantemir 1, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.