Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1741100863750/21374906 — Data: „04" martie 2025 — Alternativa nr.:

Denumirea licitației: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesar Suplimentar 2 — Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie	Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie	2179000	Marea Britanie	Intersurgical	Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră	Absorbent C02 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet Utilizare: componenta necesara aparatelor de anestezie, pentru absorbtia uniforma a dioxidului de carbon, compatibila cu aparatura din dotarea spitalului (Drager, GE). -forma: granule de forma regulata - peleti cu diametrul de 3mm - stabile din punct de vedere mecanic. -duritate 92-95% (avantaj : depunere redusa de praf, conductibilitate eficienta CO2). -compozitie: hidroxid de calciu 97% , hidroxid de sodiu 3%, indicator de culoare etil violet 0.03%. -capacitate de absorbtie CO2: 129-186 L/kg. -continut de umiditate: 13-17% -absorbtie de umiditate: 3,2-3,6% -schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) in functie de gradul de utilizare Ambalata in canistre de 5L Inscriptionare clara pe ambalaj a modului de folosinta, indicatorul de culoare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE.	CE ISO 13485:2012 ISO 9001:2008 ISO 15223-1 Farmacopeea Statelor Unite XXXIV Farmacopeea Britanică DM000371087
33100000-1	16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	1541000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtrul antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură este echipat cu port luer și capac de retenție, de tip mecanic HME Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: >99,99% Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.8 cm H2O La 60 L/min: 2.1 cm H2O Volum compresibil: 59 ml Umiditate și căldură reținute: 30.8 mg H2O/L Greutate: 29 g Volum tidal minim: >200 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F/15M - 22M/15F Port de monitorizare inclus Filtrul este validat pentru utilizare în cazul Coronavirus și are o durată de utilizare de 24 de ore. Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. Fără latex, de unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000649489

Semnat:_____ Numele, Prenumele: DURDUN MARGARETA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL Adresa: Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chișinău, Republica Moldova

Digitally signed by Durdun Margareta
Date: 2025.04.03 11:15:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ