

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1709552096143 din 27.03.2024

Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor

N/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
79.	Supliment de Beta lactamază II sterilă (I semestru 3buc II 3buc)	BM5 IR (steril)	Italia	CPC BIOTECH	Conform caietului de sarcini	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate	
96.	LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml	G170030	China	Bioendo	Conform caietului de sarcini	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot la livrare	
97.	LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml	G520030	China	Bioendo	Conform caietului de sarcini	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot la livrare	
98.	Standard endotoxine CSE 5 m	CSE10V	China	Bioendo	Conform caietului de sarcini	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot la livrare	
99.	Apa LAL apirogena 50ml	TRW50	China	Bioendo	Conform caietului de sarcini	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot la livrare	
175.	Lactamor (Beta Lactamis Antibiotics Inactivation)	LCT5, LCT5IR, LCT-20, LCTLQS10	Italia	CPC BIOTECH	Conform caietului de sarcini	Cerințe conform Ph. Eur.2.6.1 Enzime pentru inactivarea BetaLactamase (Pentru Antibiotice beta-lactamice) Certificat de conformitate Lactamor (Beta Lactamis Antibiotics Inactivation) 1 set =	

						1. 10 fiole de LCT5 => 50 IU CEPHALOSPORINASE/ fiola / > 500 IU PENICILLINASE/ fiola; 2. 10 fiole de LCT5IR => 50 IU CEPHALOSPORINASE/ fiola / > 500 IU PENICILLINASE/ fiola; 3. 1 fiola de LCT-20 => 2.000 IU CEPHALOSPORINASE/ fiola / > 20.000 IU PENICILLINASE/ fiola; 4. 5 fiole de LCT-LQS10 => 100 IU CEPHALOSPORINASE/ fiola / > 1000 IU PENICILLINASE/ fiola;)	
219.	Cartus Progard TS2 p/u instalatie de obtinere a apei pure Elix Advantage 15	RR800CP01	SUA	Rephile	Conform caietului de sarcini	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 Nota: RephiDuo A Pack S2, înlocuieste PR0G0T0S2 Nr. catalog RephiLe: RR800CP01 Nr. catalog Millipore: PR0G0T0S2	
220.	Cartus Progard T3 p/u instalatie Milli Q Direct 8	M001T3	SUA	Rephile	Conform caietului de sarcini	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 Nota: RephiSoloP Pack T3 M001T3, înlocuieste PR0G000T3 Nr. catalog RephiLe: M001T3 Nr. catalog Millipore: PR0G000T3	
221.	Cartus Q- PAK TEX p/u instalatie de obtinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8	RR800QTEX	SUA	Rephile	Conform caietului de sarcini	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 Nota: RephiDuo U Pack TEX RR800QTEX, înlocuieste QPAK TEX QPAK00TEX Nr. catalog RephiLe: RR800QTEX Nr. catalog Millipore: QPAK00TEX	
222.	Filtre Millipore TANK Vent Filter TANKMPK01 p/u instalatie de obtinere a apei pure Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8	RATANKVN1	SUA	Rephile	Conform caietului de sarcini	Filtru compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 Nota: Filtrul cu captator de CO2 RATANKVN1, înlocuieste TANKMPK01 Nr. catalog RephiLe: RATANKVN1 Nr. catalog Millipore: TANKMPK01	
223.	Filtru Millipak Express 40 p/u instalatie de obtinere a apei	RAFFC0250	SUA	Rephile	Conform caietului de sarcini	Filtru compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 Nota: 0.2 µm PES High Flux Capsule Filter RAFFC0250 înlocuieste MPGP04001, MPGP02001, SIMFILTER Nr. catalog RephiLe: RAFFC0250 Nr. catalog Millipore: MPGP04001, MPGP02001, SIMFILTER	

224.	60 GPD RO CARTRIGE	RAR060201	SUA	Rephile	Conform caietului de sarcini	60 GPD RO CARTRIGE Nota: Modelul RAR060201 este similar modelului Millipore CDRC60201 (60 GPD RO CARTRIGE)	
------	--------------------	-----------	-----	---------	------------------------------	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau