

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1550825150087

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor pentru Cabinetul Chirurgie Endourologică conform necesităților IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2019 REPETAT

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 2						
		Set uretrotom (endourologie)						
	2.1	Optica 12°	27005FA/495GO	Germania	Karl Storz	Telescop 12grade, HD, cu posibilitate NBI, 4 mm, autoclavabil, Compatibil cu videoprocesorul OTV-S190, sursa de lumina CLV-S190 existent in institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Telescop 12grade, HD, cu posibilitate NBI, 4 mm, autoclavabil, Compatibil cu videoprocesorul OTV-S190, sursa de lumina CLV-S190 existent in institutie, compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	



2.2	Teaca uretrotom	27068DK	Germania	Karl Storz	Teaca 22 Fr. Uretrotom optic 22 Fr. , cu canal la 4Fr. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Teaca 21 Fr. Uretrotom optic 21 Fr. , cu canal la 4Fr. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.
2.3	Obturatort pentru	27068DO	Germania	Karl Storz	Obturator compatibil cu teaca uretrotom 22 Fr. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Obturator compatibil cu teaca uretrotom 21 Fr. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.
2.4	Element de lucru	27050E	Germania	Karl Storz	Element de lucru pentru teaca uretrotom 22 Fr. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Element de lucru pentru teaca uretrotom 21 Fr. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent in institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.



2.5	Lama pentru	27069M/ 27069K - unul la alegere	Germania	Karl Storz	Lama pentru uretrotom, lanceta. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Lama pentru uretrotom, lanceta. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.
2.6	Lama pentru uretrotom II	27069L	Germania	Karl Storz	Lama pentru uretrotom, semicircular. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	Lama pentru uretrotom, semicircular. Compatibile cu pozițiile din lot și cu setul Olympus existent în institutie. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura producătorului pentru produsul oferit. *Termen de valabilitate a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.

Semnătura

Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316

