

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		L.P nr. ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 / 21471074 din 03.10.2025						Pagina: 1 din 1	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigatii Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026							Lot : 76; 88
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	76	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Strip-test la troponina I în ser (006479)	cTnl Rapid Test Cassete, Nr.Catalog CTI-402	China	Hadgzhou AllTest Biotech	Strip-test la troponina I în ser (006479). Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test	Cod (006479) Rapid Test Cassette - test rapid la troponina I in singe/ser /plasma. cTnl Tip caseta . Sensibilitate 97.6 % (*Standard Cut-off) - <i>catalog pag. 17</i> specificitatea 99,4%,Ambalaj individual . Se anexeaza : CE , Conformity , instrucțiune de utilizare , Catalog pag. 17,	CE, ISO Inregistrat la AMDM cu nr..DM1000377338
33100000-1	88	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	ONE STEP MAU Test rapid cantitativ Casseta nr .catalog W206 + Analizator Finicare FIA Meter Plus FS-113	China	Wondfo	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956). Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent „Finicare FIA” test tip cartridj. Set = 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă , Test	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj . COD (007956) ONE STEP MAU - Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent „Finicare FIA Meter Plus” - <i>Brosura FS113 + Teste</i> . Componența setului: 25 cartridj-teste de unica folosință compatibile cu Analizator „Finicare FIA Meter Plus”- <i>Brosura MAU</i> . Se anexeaza : Certificate de conformitate test si Analizator , ISO , User Manual pentru Finicare FIA Meter Plus-FS-113 , Instrucțiunea de utilizare a testului , Product Catalog - pag.21; 23, Brosura FS113 + Teste, Brosura MAU	CE, ISO Teste înregistrate la AMDM cu nr. DM1000372776 ANALIZATORUL - Înregistrat la AMDM cu nr.DM1000372759

Nume: Varman Irina În calitate de: Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokuccaev 6, of.61
Semnat electronic