

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Anexa 22

 la Documentatia standard nr 115
 din „,15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

 Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1736513147997_10.01.2025**

 Obiectul achiziției: **Consumabile și echipament pentru gaz cromatografie și metale grele / LIPA**

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referință broșură/pag catalog
0	1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	LOT 1 Filter Paper Grade 202, D-90	Qualitative Filter Paper Grade 202, D-90 515-2828	MAREA BRITANIE	WHATMAN INTERNATIONAL	Paper Grade 202, diam.90mm, pkg of 100ea	Qualitative Filter Paper Grade 202, D-90 515-2828 , 100 buc/pk	Pag 2- BR LOT 1
33100000-1	LOT 2 Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm	Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm- TR-200506	SPANIA	TEKNOK ROMA	Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm	Filtre PVDF de 0.45 um de 13mm D- TR-200506	Pag 1- BR LOT 2

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referință broșură/pag catalog
33100 000-1	LOT 3 Filtre PVDF de 0.45jun de 4mm	Filtre PVDF de 0.45jun de 4mm, sterile- SFPVDF004045SL	CHINA	MEMBRANE SOLUTIONS(NA NTONG) CO., LTD.	Filtre PVDF 0,45 µm, diam. 4 mm, steril, hidrofil	Filtre PVDF de 0.45um de 4mm, sterile, hidrofile-SFPVDF004045SL	Pag 3- BR LOT 3
33100 000-1	LOT 4 Insertii de sticla 250 mkl pentru vialuri	Insertii de sticla 250 uL pentru vialuri LBSV250IC	CHINA	MEMBRANE SOLUTIONS(NA NTONG) CO., LTD.	Insertie pentru viala, 250 µL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea insertiei: 5,6 x 30 mm, 100buc in set	Insertie pentru vialuri, 250 µL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea insertiei: 5,7 x 29 mm, 100buc in set	Pag 1- BR LOT 4
33100 000-1	LOT 5 Vialuri cu capac filetat	Vialuri brunte cu capac filetat LBSV022A+ LBSV102CSS	CHINA	MEMBRANE SOLUTIONS(NA NTONG) CO., LTD.	Flacoane cu margine ingrosata, realizate din sticla bruna, cu filet ND11, 1.5 ml, 100 bucat	Flacoane cu margine ingrosata, realizate din sticla bruna, cu filet 9-425 (ND9), 2 ml, 100 bucati/pk LBSV022A + capace LBSV102CSS pentru flacoanele solicitate, 100 buc/pk	Pag 1- BR LOT 5+ pag 2-BR 5.1
33100 000-1	LOT 6 Vialuri cu capac filetat	Vialuri transparente cu capac filetat LBSV022C+ LBSV102CSS	CHINA	MEMBRANE SOLUTIONS(NA	Flacoane realizate din sticla transparenta, cu filet ND8, 1.5 ml, 100 bucati	Flacoane realizate din sticla transparenta, cu filet ND9, 2 ml, 100 bucati+ capace	Pag 1- BR LOT 6+ pag 2-BR 6.1

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referință broșură/pag catalog
				NTONG) CO., LTD.		LBSV102CSS flacoanele solicitate, 100 buc/pk	
33100000-1	LOT 8 Vialuri cu insertie incorporate si capac filetat	Vialuri cu insertie incorporate 702007 si capac filetat LBSV102CSS	GERMANIA+CHINA	MACHE REY-NAGEL+MEMBRANE SOLUTIONS(NA NTONG) CO., LTD	Vial cu șurub cu filet ND9 (11,6 * 32mm) pentru GC și HPLC, cu cu Micro-Insert integrate, PTFE 9mm / septa siliconică, are o inerție chimică excelentă, rezistență la acid și alcali	Vial cu șurub cu filet ND9 (11,6 * 32mm) pentru GC și HPLC, cu Micro-Insert integrat de 0.2 mL 702007, Capace din PTFE 9mm / septa siliconică, cu o inerție chimică excelentă, rezistență la acid și alcali LBSV102CSS	Pag 1- BR LOT 8+ Pag 2- BR LOT 8.1
33100000-1	LOT 9 Tuburi de centrifugare cu capac (intunecate)	Tuburi de centrifuga cu capac (brune)- PTGP-A50-500	SPANIA	LABBOX LABWARE, S.L.	Din poliprolilen, culoare intunecata, rezistente la reactivi organici, acizi rezistent la centrifugare pina la 6000 rotatii, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml	Tuburi de centrifugare cu capac (brune)- PTGP-A50-500 din poliprolilena, culoare intunecata/bruna, rezistente la reactivi organici, acizi rezistent la centrifugare pina la RCF 16000 xg, autoclavabile la 121°C, fund conic, V=50ml	Pag 1-2- BR LOT 9
33100000-1	LOT 10 Tuburi de centrifugare cu capac	Tuburi de centrifuga cu capac CTGP-050-500	SPANIA	LABBOX LABWARE, S.L.	Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi rezistent la centrifugare pina la 6000 rotatii, autoclavabile la 1210C, fund	Tuburi de centrifuga CTGP-050-500 cu capac din poliprolilena, rezistente la reactivi organici, acizi rezistent la centrifugare pina la RCF	Pag 1-2- BR LOT 10

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referință broșură/pag catalog
					conic, V=50ml	12000x g, autoclavabile la 121°C, fund conic, V=50ml, 500 buc/pk (10x 50)	
33100000-1	LOT 28 Coloana cromatografică HPLC	Coloana cromatografică HPLC ZORBAX RRHD 959757-902	AUSTRIA	MERZ BROTHE RS GMBH	column Zorbax Eclipse Plus C 18, Rapid Resolution HT 2.1 x 50mm 1.8-Micron 600Bar	Coloana Zorbax Eclipse Plus C 18, Rapid Resolution HT 2.1 x 50mm 1.8-Micron pana la 12000Bar	Pag 1-BR LOT 33
33100000-1	LOT 29 Celulă de absorbție pentru Arsen Absorption Cell	Celulă de absorbție pentru Arsen Absorption Cell 9910040000	AUSTRIA	MERZ BROTHE RS GMBH	Celula de absorbție a hidrurii utilizat cu VGA-77 compatibilă cu Agilent AAS 55B, set din 2 bucăți. (Nr.9910040000)	Celula de absorbție a hidrurii utilizat cu VGA 76/77 compatibilă cu Agilent AAS 55B, quart, set: 2 bucăți/pk.	cf detalii producator
33100000-1	LOT 33 Lampa cu catod cavitat -Pb Lead HC LAMP – Pb Coded	Lampa cu catod cavitat -Pb Lead HC LAMP – Pb Coded AG-5610102900	AUSTRIA	MERZ BROTHE RS GMBH	Pb – λ-283.3nm, Zeeman compatibila cu Agilent 240Z AAS (Nr.5610102900)	Lampa cu catod cavitat -Pb Lead HC LAMP – Pb Coded Pb – λ-283.3nm, Zeeman compatibila cu Agilent 240Z AAS, AG-5610102900	cf detalii producator
33100000-1	LOT 51 QuEChERS Dispersive SPE 15 mL, fatty samples, AOAC method	15ml SPE QuEChERS Tube 1200mg MgSO4,400mg PSA,400mg C18- TR-Q1515	SPANIA	TEKNOK ROMA	Continutul setului 400 mg PSA 400 mg C18EC 1200 mg MgSO4 1 set = 50 buc (part nr. 5982-5158)	Continutul setului, volum 15mL: 400 mg PSA 400 mg C18 1200 mg MgSO4 1 set = 50 buc/pk	Pag 1- BR LOT 51

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referință broșură/pag catalog
						TR-Q1515	
33100 000-1	LOT 52 Agilent QuEChERS Extraction Kit, AOAC 2007.01 method	DisQuE AOAC Method 1.5 g Sodium Acetate and 6 g MgSO4, 50 mL Pouch 186006812	SUA	WATERS CORPOR ATION	Continutul setului 1.5 g Acetat de sodium- CH ₃ COONa 6 g Sulfat de magneziu MgSO4 1 set =50 buc (part nr.5982-5755)	Continutul setului 1.5 g Acetat de sodium- CH ₃ COONa, 6 g Sulfat de magneziu MgSO4 1 set =50 buc/pk 186006812	Pag 1-BR LOT 52
33100 000-1	LOT 53 Coloana cromatografica HPLC	Coloana cromatografica HPLC- GR5129515	GERMA NIA	MZ- ANALYS ENTECH NIK GMBH	Coloana HPLC Alltima HP- C18, 3.0 x 150mm 5.0- Micron	Coloana GR5129515 HPLC Alltima HP, C18, 3.0 x 150mm 5.0-Micron	Pag 1-BR LOT 53
33100 000-1	LOT 59 SLW cu convecție fortata SLW 32/ SLW53	Etuva cu convecție fortata UF30	GERMA NIA	MEMME RT GMBH + CO. KG	Capacitate între 32 sau 56 litri Domeniu de temperatura: +5°C peste ambient până la 300°C Interior din oțel –inox Exterior metalic vopsit sau oțel inox (optional) Display: 4,3 inch de tip touch screen color Rezoluție de temperatura: 0,2°C	Etuva cu convecție fortată UF30 Capacitate între 32 litri Domeniu de temperatura: +5°C peste ambient până la 300°C Interior din oțel –inox Exterior metallic: oțel inox Display: 4,3 inch de tip touch screen color Rezoluție de temperatura: 0,1°C până la 99,99 °C și 0,5 °C peste 100 °C	Pag1-4- BR LOT 59+ pag 1- BR LOT 59.1

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referință broșură/pag catalog
					Variație de temperatură ± 2 °C Convecție aer forțat Tip usa: solida Rafturi standard/maxim: 1/3 nr. programe / segmente Schimbarea rapidă a parametrilor Alarma pentru usa deschisă Reglare viteza ventilator 0...100% Putere nominală: 1200/1700 W	Variație de temperatură pe intervalul 50-300 °C- 0.5 °C Convecție aer forțat Tip usa: solida Rafturi standard 1 nr. programe / segmente Posibilitate de schimbare rapidă a parametrilor Alarma pentru usa deschisă Reglare viteza ventilator 0...100% în pași de 10% Putere nominală: 1600 W	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 03.02.2025